ClinicCAD



ME-UG-702i
Revision 7 (2026.10)
SW version 1.2.2

Table of contents

Medit ClinicCAD (Medical: FDA)

- Symbole 4
- Übersicht und allgemeine Informationen 5
  - Übersicht 5
  - Funktionale Vorteile des Produkts 6
  - Leistung 6
  - Verwendungszweck 6
  - Indikationen 7
  - Kontraindikationen 7
  - Beabsichtigtes Benutzerprofil 7
  - Vorgesehene Patientenpopulation 7
  - Vorsicht und Haftungsausschluss 8
  - Hinweise zur Patientensicherheit 8
  - Sicherheitsrisikomanagement und Fehlerbehandlung .....
  - Systemanforderungen 9
  - Netzwerkanforderungen 10
  - Sicherheitsanforderungen 10
  - Informationen zur Cybersicherheit 10
  - Vorsichtsmaßnahmen für IT-Netzwerke 11
  - Installationsanleitung 12
- Daten Verwaltung 15
  - Präparieren von Daten 15
  - 3D-Datensteuerung 17
  - Speichern von Daten 18
  - Bibliothek Verwaltung 20
  - Voreinstellung Verwaltung 25
- Benutzer-Schnittstelle 30
  - Titelleiste 30
  - Datenbaum 32
  - Schaltflächen zur Aktionssteuerung 32
  - Seitliche Symbolleiste 33
  - Werkzeugkasten 35

Arbeitsablauf

- Arbeitsablauf 41
  - Datenzuordnung 41
  - Datenausrichtung 43

Datenbearbeitung 45
So extrahieren Sie Zähne 51

Prä-Op-Datenmodul

Prä-Op-Datenmodul 53
Zahnauswahl 54
Ränder & Einfügepfad 58
Endgültiger Entwurf 62

Präpariertes Datenmodul

Präpariertes Datenmodul 71
Ränder & Einfügepfad 74
Anordnung der Zahndaten 78
Endgültiger Entwurf 86

Arbeitsablauf

Diagnostisches Wax-Up-Modul 96
Modul Benutzerdefinierte Zahnbibliothek 102
Flipper (temporäre Restauration mit Zwischenglied) 106

Anhang

Anhang 115
Entwurf eines zervikales Inlay 115
Empfohlene Spezifikationen für 3D-Drucker 120
Liste der validierten CAM-Geräte 120
Hinweis zur Meldung schwerwiegender Vorkommnisse 121
Fehler- und Warnmeldungen 123
Bevollmächtigter Vertreter 128

Symbole

Nr.	Symbol	Definition
1		Gebrauchsanweisung auf der Website konsultieren*
2		Gebrauchsanweisung konsultieren oder elektronische Gebrauchsanweisung konsultieren
3		Vorsicht
4		Warnung
5		Verschreibungspflichtig (USA)
6		Herstellungsdatum
7		Hersteller
8		Tipps
9		Medizinisches Gerät
10		Seriennummer
11		Herstellungsland: Republik Korea

**Falls eine gedruckte Papierversion des Benutzerhandbuchs benötigt wird, wird diese auf Anfrage über die auf der letzten Seite angegebenen Kontaktinformationen des Herstellers kostenlos bereitgestellt. Das Benutzerhandbuch in Papierform wird spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der Anfrage des Nutzers bereitgestellt.*

Übersicht und allgemeine Informationen

Übersicht

Medit ClinicCAD ist eine umfassende zahnmedizinische CAD-Anwendung, die sich sowohl an CAD-Experten als auch an Einsteiger richtet. Sie bietet einen intuitiven Arbeitsablauf für die Erstellung von Restaurationen und bietet gleichzeitig erweiterte Anpassungsoptionen. Die App vereinfacht Prozesse mit automatischer Ein-Klick Designfunktion für Einzelkronen im Prämolaren- und Molarenbereich. Dabei werden präoperative Scans und präparierte Zahndaten benutzt, um präzise, patientenspezifische Ergebnisse zu gewährleisten. Mit Medit ClinicCAD können die Benutzer die folgenden Restaurationen entwerfen:

- Krone (mit Schraubenlöchern und Griffen)
- Brücke (mit Zwischengliedern)
- Eierschalenkrone oder Brücke
- käppchen
- veneer
- Inlay/Onlay
- zervikales Inlay
- zwischenglied

Produktname	CAD/CAM-Software
Handelsname	Medit ClinicCAD
Modellname	MA-ACC
UDI DI	(01)08800026700203
UDI PI	(10)1.2.2
Grundlegende UDI-DI	88000267MA-ACC7W

> ⚠ **Vorsicht**
>
> Medit ClinicCAD ist eine CAD-Software, die die digitale Modellierung von Zahnrestaurationen mit den zur Verfügung gestellten Werkzeugen unterstützt; sie benutzt die anthropometrischen Daten des Patienten, um die Ausgabe zu erzeugen. Die Software führt keine Interpretation oder Modifikation der gescannten Patientendaten durch und ersetzt daher nicht die medizinische Überprüfung, Beratung oder Behandlung durch eine ausgebildete Fachkraft.

Funktionale Vorteile des Produkts

1. Reduzierte Behandlungsstuhlzeit
2. Weniger Neuanfertigungen und Rücksendungen
3. Höhere Vorhersagbarkeit
4. Verbesserte Patientenzufriedenheit

Leistung

- **Genauigkeit der Passung an der Grenze**
  Das Leistungsziel für die Genauigkeit der Passung an der Grenze ist auf <100 µm festgelegt, basierend auf der Literatur zum Stand der Technik
- **Genauigkeit der Innenpassung**
  Die Leistungsziele für die Genauigkeit der Innenpassung sind auf <100 µm festgelegt, basierend auf der Literatur zum Stand der Technik
- **Morphologische Genauigkeit (Funktion „Kopieren“)**
  Die Leistungsziele für die morphologische Genauigkeit bei Benutzung der Funktion „Kopieren“ sind auf <200 µm festgelegt, basierend auf der Literatur zum Stand der Technik
- **Genauigkeit der externen Passung (Funktion „Bibliothek“)**
  Die Leistungsziele für die Genauigkeit der externen Passung bei Benutzung der Funktion „Bibliothek“ sind auf <100 µm festgelegt, basierend auf der Literatur zum Stand der Technik

Verwendungszweck

Medit ClinicCAD ist eine Software, die entwickelt wurde, um Benutzern das Design von Kronen, Brücken, Inlays/Onlays, zervikalen Inlays, Copings, Veneers, Zwischengliedern und Eierschalen-Restaurationen auf Basis verfügbarer intraoraler Daten zu ermöglichen. Es ermöglicht den Benutzern, die Scandaten an der Okklusionsebene auszurichten, Randlinien zu zeichnen, Zahnbibliotheksdaten am Scan auszurichten, Scandaten zu duplizieren, Prothesen zu entwerfen und eierschalenartige Kronen zu erstellen. Medit ClinicCAD bietet Werkzeuge für den digitalen Entwurf von Prothesen für fehlende Zähne. Die entworfenen Prothesen können auch für temporäre Zwecke benutzt werden.
Beachten Sie, dass Prothesen, die von Personen entworfen werden, die keine ausgebildeten Zahnärzte sind, nachteilige Auswirkungen auf die Mundgesundheit des Patienten haben können.

Das Programm darf nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen Verwendungszweck benutzt werden.

> ⚠ **Vorsicht**

Die Medit ClinicCAD-Software-Anwendung bearbeitet nicht die anthropometrischen Scandaten des Patienten, die für medizinisches Fachpersonal zugänglich bleiben, wie sie durch die grafischen 3D-Darstellungswerkzeuge der Medit Scan-Software dargestellt werden.



Hinweis

Medit ClinicCAD verfügt über eine direkte Integration mit einer cloudbasierten Drucksoftware eines Drittanbieters (RayWare Cloud von SprintRay). Medit übernimmt keine Verantwortung für Probleme im Zusammenhang mit der Funktionalität, Kompatibilität oder Leistung von Drittanbieter-Software. Bei Problemen oder Anfragen im Zusammenhang mit der Software von Drittanbietern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Fragen, Aktualisierungen oder Lizenzierung, wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller.

Indikationen

Diese Software wird zum Design von Zahnersatz – einschließlich Kronen, Brücken, Copings, Veneers, Inlays/Onlays, zervikalen Inlays, Eierschalen und Zwischengliedern – auf Basis von 3D-Intraoralscandaten benutzt, für Patienten, die aufgrund von Zahndefekten wie fehlenden Zähnen oder teilweise fehlender Bezahnung eine prothetische Behandlung in Erwägung ziehen.

Kontraindikationen

Die Software kann nicht für andere Zwecke benutzt werden als für die Erstellung der folgenden:

- krone
- brücken
- käppchen
- veneer
- Inlay/Onlay
- zervikales Inlay
- eierschale
- zwischenglied

Beabsichtigtes Benutzerprofil

Zahnmedizinische Fachleute wie Zahnärzte, Dentalhygieniker und Zahntechniker

Vorgesehene Patientenpopulation

Patienten, die aufgrund von Zahnverlust oder lokalisierten Defekten der Bezahnung eine festsitzende prothetische Versorgung benötigen (z. B. fehlende Zähne oder Teilbezahnung). Es gibt keine spezifische Altersgrenze für die Benutzung, sofern klinisch geeignete Intraoralscandaten erhoben und von einem qualifizierten Behandler beurteilt werden können.

Die klinische Evidenz für die pädiatrische Population ist derzeit begrenzt. Folglich sind Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Medizinprodukts bei pädiatrischen Patienten noch nicht vollständig belegt.

Vorsicht und Haftungsausschluss

- Scandaten, die die Auswahlkriterien nicht erfüllen (z. B. unklare Präparationsgrenzen oder undeutliche Präparationsmerkmale), können die Leistung der KI-basierten automatischen Erkennung und Segmentierung verringern; die Leistung kann außerdem bei Milch- oder Wechselgebiss oder bei Scandaten geringer Qualität reduziert sein. Designs mit großen Restaurationsbereichen (z. B. Onlays oder frakturierte Zähne) werden nicht unterstützt.
- Die vom KI-Modell bereitgestellten Inlay-Designergebnisse dienen als Referenzdaten und müssen von qualifiziertem zahnmedizinischem Fachpersonal mit entsprechender klinischer Ausbildung und Erfahrung geprüft und bearbeitet werden. Die KI-Inlay-Designs sind keine Endprodukte, und alle Diagnosen und Behandlungspläne müssen von einem Zahnarzt bestätigt und freigegeben werden.
- Aufgrund der Beschaffenheit des KI-Modells können seine Vorhersagen bei Fällen außerhalb der Trainingsverteilung, bei seltenen anatomischen Strukturen oder bei Daten mit unerwarteten Artefakten ungenau sein. Daher sollten die von der KI erzeugten Ergebnisse stets anhand klinischer Expertise überprüft und validiert werden.

Hinweise zur Patientensicherheit

Unsachgemäß entworfene Restaurationen (Krone, Inlay usw.) können sich potenziell nachteilig auf die Zahngesundheit und die Zähne des Patienten auswirken und Beschwerden oder andere orale Probleme verursachen.

Folglich gilt: Auch wenn die Software diagnostische und Behandlungsplanungsprozesse unterstützen kann, müssen alle Entscheidungen von qualifiziertem zahnmedizinischem Fachpersonal getroffen werden, das über ein umfassendes Verständnis der Softwarefunktionen und der Dateninterpretation verfügt. In jeder Stufe des Restaurationsdesignprozesses bestehen zahlreiche Möglichkeiten, Ungenauigkeiten oder Fehler zu erkennen und zu beheben, die zu schweren Verletzungen führen können. Der Zahnarzt muss die Entwurfs- und Entscheidungsprozesse genau überwachen.

Die endgültige Prothese wird vor dem Einsetzen beim Patienten stets von einem qualifizierten Behandler überprüft und angepasst; dadurch wird das tatsächliche klinische Risiko reduziert.

Sicherheitsrisikomanagement und Fehlerbehandlung

Nachdem das Problem behoben wurde und falls eine Aktualisierung der Software erforderlich ist (z. B. durch die Bereitstellung einer neuen Installationsdatei oder das Einspielen von Patch-Dateien), wird die Aktualisierung zusammen mit dem Anwendungsleitfaden offiziell durch das Vertriebs-/SE-Personal der Zentrale an die zuständige Person im Unternehmen oder am betroffenen Standort verteilt.

Reaktionen auf Sicherheitsprobleme können erforderlichenfalls auf der Website bekannt gegeben werden.

Während der Problembehebung und des Wiederherstellungsprozesses können vorübergehende betriebliche Einschränkungen auftreten, um Systemstabilität und Datenintegrität sicherzustellen:

- Patientendaten sind möglicherweise vorübergehend nicht zugänglich, bis der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist.
- Klinische Arbeitsabläufe können unterbrochen werden; der Normalbetrieb wird wieder aufgenommen, sobald administrative Maßnahmen abgeschlossen sind. Patientendaten werden während dieses Prozesses nicht automatisch gelöscht.
- Es wird eine Warnmeldung angezeigt, und die Eingabe zusätzlicher Daten wird eingeschränkt, bis das Problem behoben ist.
- Benutzersitzungen können automatisch abgemeldet werden, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

Verfahren zur Sicherheitsreaktion

1. Berichterstattung über Sicherheitsprobleme
2. Ergebnisse der ersten Analyse und Fortschritte teilen
3. Problemlösung
4. Reaktionsplan für Probleme / Lieferung
5. Reaktionsplan für Probleme / Ergebnisse teilen

Systemanforderungen

Windows

CPU	Intel Core i5 2,6 GHz oder höher
RAM	16 GB oder höher
Grafikkarte	NVIDIA GeForce GTX 1060 (2 GB) oder höher
OS	Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit

macOS

CPU	8-core oder höher
RAM	16 GB oder höher

Chip	M1/M2 oder höher
OS	Sonoma 14 oder höher

Netzwerkanforderungen

1. Netzwerktyp: kabelgebundenes LAN oder WLAN (WPA2 oder höher)
2. Bandbreite: mindestens 100 Mbps (1 Gbps empfohlen)
3. Protokoll: IPv4
4. Port: TCP 443
5. Latenz: durchschnittlich unter 50 ms

Sicherheitsanforderungen

1. Authentifizierung: Das Passwort muss 8–16 Zeichen lang sein und eine Kombination aus mindestens drei der folgenden Zeichenarten enthalten: Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Passwörter werden nur in englischer Sprache akzeptiert.
2. Verschlüsselung: TLS 1.2 oder höher, Übertragung über HTTPS
3. Virenschutz & Patches: Halten Sie Betriebssystem und Virenschutz auf dem neuesten Stand

Diese Software überwacht kontinuierlich Sicherheitsereignisse wie unbefugten Zugriff, Manipulationsversuche und Fehler der Datenintegrität.

Verhinderung unbefugten Zugriffs:

Nur Personen, denen in Medit Link Admin-Kontoberechtigungen zugewiesen wurden, können auf Patienteninformationen und interne Server zugreifen. Während des Registrierungsprozesses werden jedem Benutzer Kontoberechtigungen zugewiesen, um unbefugten Zugriff zu verwalten und zu verhindern.

Informationen zur Cybersicherheit

ClinicCAD greift nicht auf patientenbezogene PII/PHI aus Medit Link zu. In diesem System werden für die Kommunikation und den API-Austausch Scandateien benutzt, die ausschließlich über die Fall-ID des Patienten identifiziert werden und nicht über PII/PHI.

Vorbereitungen und Handhabung vor/während der Benutzung des Produkts

- Produktinstallationsverfahren: Verwaltung über die Cloud
- Obligatorische Benutzerverifizierung beim Erstellen eines Medit Link-Kontos:
    - Ein Benutzerkonto in Medit Link erstellen

    - Eine Verifizierungs-E-Mail an den Benutzer senden
    - Der Benutzer bestätigt die Verifizierung
    - Der Benutzer meldet sich an
- Leitfaden zur Fehlerbehebung: https://support.medit.com/hc/en-us

Erforderliche Einrichtungen, Schulungen und Benutzerqualifikationen

- Lokale Netzwerkadministratoren/-operatoren müssen über IT-Fachkenntnisse verfügen (Netzwerk, Server, Sicherheitskonfiguration des Betriebssystems).
- Cloud-Dienste werden auf AWS von Medit-Administratoren verwaltet (AWS-zertifiziert).

Informationen zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Installation und des sicheren Betriebs

- ClinicCAD-Aktualisierungen
    - Aktualisieren Sie über die App Box in Medit Link. (Die neueste ClinicCAD-Installationsdatei wird heruntergeladen und installiert.)
    - Führen Sie ClinicCAD aus, um die installierte Version zu überprüfen.
    - Wenn sicherheitsrelevante Aktualisierungen erforderlich sind, installieren Sie die aktualisierte ClinicCAD-Version auf dieselbe Weise.
- Cloud-Dienste: Verwaltung und Überwachung über AWS Trusted Advisor mit regelmäßigen Aktualisierungen zur Umsetzung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen.
- Sicherung/Wiederherstellung von Daten und Einstellungen
    - Daten werden lokal über Medit Link verwaltet und in der Cloud gesichert.
    - Sicherungen/Wiederherstellungen können durch das Herunterladen von Daten nach Bedarf durchgeführt werden.
    - Originale IOSC-Dateien werden nur bis zu 6 Monate aufbewahrt.
    - Benutzerprotokolle werden 3 Monate lang aufbewahrt und können manuell gelöscht werden.
    - Gespeicherte Daten können in der Case Box in Medit Link gelöscht werden; die Verantwortung für diese Löschung liegt bei dem Benutzer, der sie durchführt.
    - Fälle können mit dem Werkzeug für Fallkonvertierung im Menü Einstellungen von Medit Link übertragen werden.
    - Wenn ein Benutzerkonto gelöscht wird, werden alle Benutzerdaten (z. B. personenbezogene Daten, Nutzungsprotokolle wie Anmeldungen und Funktionsnutzung) sowie Datenbankdaten dauerhaft entfernt und können nicht wiederhergestellt werden.
- Integrität und Verifizierung von Software-Sicherheitspatches
    - Die ausführbare Datei von ClinicCAD wird während der Installation und Verifizierung automatisch digital signiert, sodass Benutzer keine zusätzlichen Maßnahmen ergreifen müssen.

Vorsichtsmaßnahmen für IT-Netzwerke

Richtlinien

Die Ausführung der Gesundheitssoftware in einem IT-Netzwerk kann zu zuvor nicht identifizierten Risiken für Patienten, Benutzer oder Dritte führen. Der verantwortlichen Organisation wird empfohlen, diese Risiken zu identifizieren, zu analysieren, zu bewerten und zu kontrollieren.

Gefahrensituationen

- Stellen Sie stets sicher, dass Ihr System durch die aktuelle Version einer Antivirensoftware und eine aktive Firewall geschützt ist.
- Das Verbinden des Netzwerks mit einem anderen Gerät als Medit ClinicCAD kann zu potenziellen Virusinfektionen oder Datenmanipulation führen. Überprüfen Sie vor dem Fortfahren, dass das Netzwerk unter angemessener administrativer Kontrolle betrieben wird.
- Auch wenn eine automatische Sicherung konfiguriert ist, wird keine Sicherung durchgeführt, wenn die Software nicht ausgeführt wird oder wenn der festgelegte Sicherungsspeicherort nicht verfügbar ist.

Nachträgliche Änderungen am IT-Netzwerk können neue Risiken verursachen und gegebenenfalls eine zusätzliche Analyse erforderlich machen. Solche Änderungen umfassen:


1. Änderungen an der IT-Netzwerkkonfiguration.
2. Hinzufügen von Komponenten (Hardware, Softwareplattformen oder Softwareanwendungen) zum IT-Netzwerk.
3. Entfernen von Komponenten aus dem IT-Netzwerk.
4. Aktualisieren von Softwareanwendungen im IT-Netzwerk.
5. Upgraden von Softwareplattformen oder Softwareanwendungen im IT-Netzwerk

Im Falle eines Cybersicherheitsvorfalls muss der Benutzer, wenn die Cybersicherheits-Erkennungssoftware eine Bedrohung identifiziert, diese dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats melden.


Installationsanleitung

1. Loggen Sie sich in Ihr Medit Link Konto ein und gehen Sie zur App Box im linken Menü.

2. Suchen Sie auf dem Tab Medit Apps die App Medit ClinicCAD und klicken Sie auf „Installieren“.




3. Lesen Sie die Software-Lizenzvereinbarung und bestätigen Sie die Installation der App, indem Sie auf „Akzeptieren und installieren“ klicken.




4. Die App wird automatisch heruntergeladen und installiert. Es kann einige Minuten dauern, bis der Installationsvorgang abgeschlossen ist.

> ⚠ **Vorsicht**
>
> Schalten Sie den PC nicht aus und schließen Sie Medit Link nicht während des Installationsvorgangs.

5. Sobald die App installiert ist, können Sie sie von jedem Fall in Medit Link aus ausführen, indem Sie auf das App-Symbol in der oberen rechten Ecke des Fall-Einzelheiten-Fensters klicken.



6. Öffnen Sie die App Box und suchen Sie die Medit ClinicCAD-App, um das Programm zu deinstallieren. Wählen Sie die App-Karte aus, um die Einzelheiten Seite zu öffnen, und klicken Sie anschließend auf „Deinstallieren“.



Daten Verwaltung

Präparieren von Daten

Mit Medit ClinicCAD können Benutzer Restaurationen sowohl mit präparierten als auch mit Prä-Op Scandaten entwerfen. Um die App benutzen zu können, müssen Daten für mindestens einen Kiefer verfügbar sein.
Präparierte Daten können für den Entwurf beliebiger Restaurationen benutzt werden, während mit Prä-Op Daten allein nur eierschalenartige Kronen und Brücken entworfen werden können.


- Bei Bedarf können die Prä-Op Daten zusammen mit den präparierten Daten importiert und als Referenz für die Bearbeitung der Restauration benutzt werden.
- Wenn der Fall separate Scandaten für den Oberkiefer/Unterkiefer und das Abutment hat, werden beide automatisch kombiniert. Nach dem Ausführen der Anwendung sind die kombinierten Daten im Fenster „Daten zuordnen“ verfügbar. Die neue Datei trägt einen der folgenden Titel: Oberkiefer mit Abutment oder Unterkiefer mit Abutment.
- Wenn der Fall über dynamische Okklusionsdaten verfügt, die in Medit Scan for Clinics erfasst wurden, werden diese automatisch in die App importiert. Sie können beim Anpassen und Einstellen der Restauration als Referenz benutzt werden.
- Zusätzliche Scandaten, die während des Entwurfsvorgangs als Referenz benötigt werden, können jederzeit in das Programm importiert werden, indem die Option „Zusätzliche Daten importieren“ in der seitlichen Symbolleiste benutzt wird.

Der Benutzer muss alle Daten für das Projekt unter demselben Fall sammeln, bevor er die Anwendung ausführt. Es gibt zwei Möglichkeiten, Daten zu einem Medit Link-Fall hinzuzufügen.


1. Vervollständigen Sie alle erforderlichen Scans in Medit Scan for Clinics oder Labs, und alle erfassten Daten werden automatisch in dem Fall gespeichert.

> **Spitze**
>
> Benutzen Sie die Option „Solide“ beim Scannen von Daten in Medit Scan for Labs.

2. Laden Sie Daten aus einem lokalen Ordner, indem Sie die Funktion „Anhängen“ im Fenster Fall Einzelheiten benutzen.



Die Benutzer können auch an zuvor gespeicherten Projekten weiterarbeiten, wenn das Programm erneut mit demselben Fall geöffnet wird.



Hinweis

Projekte, die in Medit Temporaries erstellt wurden, werden von Medit ClinicCAD nicht unterstützt.

Vorsicht

Medit ClinicCAD bearbeitet oder interpretiert die ursprünglichen 3D-Daten nicht für medizinische Zwecke; die Software stellt lediglich die anatomischen Geometrien zur Erstellung virtueller Modelle der Restaurationen bereit.

Unterstützte Eingabedaten

- Datentyp: 3D-Scandaten (Intraoralscan oder Modellscan)
- Datenformat: STL, OBJ, PLY
- Einschränkung: 2D-Bilddaten können nicht benutzt werden. Als Eingabedaten sind nur gängige 3D-Formate (STL, OBJ, PLY) zulässig.

Unterstützte Scanner

- Intraoral- und Modellscanner vom offenen Typ („Offener Typ“ bezeichnet Scanner/Modellscanner, die Daten in offenen Formaten wie STL, OBJ oder PLY ausgeben.)

3D-Datensteuerung

Sie können die 3D-Daten mit der Maus allein oder mit Maus und Tastatur steuern.

3D-Datensteuerung mit einer Maus

Zoomen	Drehen Sie das Mausrad.	
Zoom-Fokus	Doppelklicken Sie auf die Daten.	
Zoom anpassen	Doppelklicken Sie auf den Hintergrund.	
Rotieren	Klicken Sie mit der rechten Maustaste und ziehen Sie.	
Schwenken	Halten Sie beide Tasten (oder das Rad) gedrückt und ziehen Sie.	

3D-Datensteuerung mit Maus und Tastatur

	Windows	macOS
Zoomen		

	Windows	macOS
Rotieren		
Schwenken		


Speichern von Daten

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Projektdaten zu speichern.

1. **Schaltfläche „Vervollständigen“ im letzten Schritt**

> **Kostenpflichtige Funktion**
>
> Das Speichern und Exportieren der vollständigen Restaurationsentwürfe als STL-Datei ist eine kostenpflichtige Funktion. Die Preise können je nach Besitzstatus und Standort Ihres Scanners variieren.
> Weitere Einzelheiten zur Zahlung finden Sie im Medit Hilfe-Center oder klicken Sie **hier.**

Die Schaltfläche „Vervollständigen“ kann benutzt werden, nachdem der Entwurf der Restauration abgeschlossen ist. Es werden zwei Dateien im Medit Link-Fall erstellt: die Projektdatei (B) und die Restaurationsentwurfs-Datei (A). Letzteres kann zum Drucken oder Fräsen der Restauration benutzt werden.



Tipp: Vervollständigen Schaltfläche Optionen


Diese Funktion ist nur im letzten Schritt verfügbar. Das Zahnradsymbol neben der Schaltfläche „Vervollständigen“ bietet zusätzliche Optionen für die Speicherung des Projekts:

- Wählen Sie „Konstruktions-Datei einbinden“, wenn eine Konstruktionsinfo-Datei für die Fräse oder CAM-Software benötigt wird.
- Wählen Sie „Auf PC exportieren“, um die erstellten Daten automatisch in einen bestimmten Ordner auf einem Computer zu exportieren.

2. **Optionen „Speichern“ oder „Speichern unter“ im Menü**


Diese beiden Optionen im Programm-Menü helfen dem Benutzer bei der Verwaltung der Projektdatei, indem sie eine neue Datei erstellen oder eine bestehende Datei aktualisieren.
Die Projektdatei wird bei jedem Start der Anwendung erstellt und kann in allen Medit-Programmen benutzt werden. Sie zeichnet den Arbeitsfortschritt auf und ermöglicht es dem Benutzer, ein unvollendetes Projekt vorübergehend anzuhalten und zu speichern, um es später wieder aufzunehmen.

Die Option „Speichern unter“ wird benutzt, um ein unfertiges Projekt zu speichern oder das aktuelle Projekt unter einem neuen Namen zu speichern, während die Option „Speichern“ das Überschreiben der Projektdatei für das aktuell geöffnete Projekt ermöglicht.




Hinweis

Benutzer werden auch aufgefordert, Änderungen in der Projektdatei zu speichern, wenn sie das Programm beenden.



Bibliothek Verwaltung

Zähne-Bibliotheken werden bei dem Entwurf von Restaurationen auf der Grundlage von Scandaten bereits präparierte Zähne bereitgestellt (Präpariertes Datenmodul). Es gibt 6 Standard-Bibliotheken, aber die Benutzer können die Liste der verfügbaren Bibliotheken über die Bibliotheksverwaltung erweitern.



Die Bibliotheken Verwaltung bietet Werkzeuge zur Verwaltung der Liste der verfügbaren Bibliotheken und zur Bearbeitung der Bibliotheksdaten. Um diese Funktion zu benutzen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der Bibliotheks-Werkzeugkasten.

Hinweis

Die Bibliotheksliste kann auf bis zu 50 Bibliotheken erweitert werden. Die vollständige Liste der Bibliotheken wird lokal gespeichert. Wenn Sie sich also auf einem anderen Computer anmelden, sind nur die Standard-Bibliotheken verfügbar.

Spitze

Wenn Zähne-Daten als Bibliothek aus Medit Ortho Simulation exportiert wurden, werden sie beim Starten von Medit ClinicCAD automatisch zur Liste der Bibliotheken hinzugefügt.

So verwalten Sie die Bibliotheksliste

Benutzer können Bibliotheken in der Liste hinzufügen, löschen, exportieren und bearbeiten, indem sie die im Verwaltungs-Widget auf der rechten Seite bereitgestellten Werkzeuge benutzen. Die Standard-Bibliotheken können nur nach dem Klonen bearbeitet werden.




	Vom PC importieren	Importieren Sie die Zahnbibliothek, die auf Ihrem Computer gespeichert ist. **Hinweis** Diese Funktion unterstützt nur Medit ClinicCAD-Bibliotheken, die im Format .meditLib gespeichert sind.
	Exportieren	Exportieren Sie die Zahnbibliothek auf den lokale PC oder Medit Link.
	Klonen	Erstellen Sie eine Kopie der Bibliothek.
	Löschen	Löschen Sie die Bibliothek.
	Umbenennen	Bibliotheksname ändern.
	Zurücksetzen	Stellen Sie die Bibliotheksdaten wieder her, indem Sie alle Modellierungen rückgängig machen.

⚠ Vorsicht

- Überprüfen Sie vor dem Import das Dateiformat und die Kompatibilität der Bibliothek.
- Bestätigen Sie nach dem Speichern die Integrität der exportierten Datei.
- Überprüfen Sie Zahndaten, bevor Sie eine neue Bibliothek erstellen.
- Klonen Sie geprüfte und fehlerfreie Bibliotheken.
- Bitte beachten Sie, dass das Löschen nicht rückgängig gemacht werden kann.


Es gibt noch eine weitere Option zum Hinzufügen einer Bibliothek zur Liste - „Von Medit Link importieren“. Mit dieser Funktion können Benutzer Medit Link-Fälle nach segmentierten Zähne-Daten durchsuchen und diese als Bibliothek in die App importieren.



Wie Sie Bibliotheksdaten bearbeiten

Die Zähne-Daten einer Bibliothek können mit „Modellieren“ bearbeitet werden. Mit den bereitgestellten Werkzeugen können Benutzer die Daten des ausgewählten Zahns hinzufügen, entfernen, glätten oder morphen.

Die Sichtbarkeit des Zahns im Datenbaum kann für einen bequemeren Bearbeitungsvorgang angepasst werden. Um die Standard-Bibliothek zu bearbeiten, muss sie zunächst geklont werden.



⚠ Warnung (Bildhauerei: Entfernen)

Eine übermäßige Materialabtragung kann zu einem kritischen anatomischen Verlust und zu einer klinischen Fehlpassung führen.

⚠ Vorsicht (Bildhauerei: Entfernen)

Überprüfen Sie die Abtragsbereiche sorgfältig, um die erforderlichen anatomischen Strukturen zu erhalten.

⚠ Warnung (Bildhauerei: Glätten)

Übermäßiges Glätten kann wesentliche Details abflachen und die Passung der Restauration beeinträchtigen.

⚠ Vorsicht (Bildhauerei: Glätten)

Beschränken Sie das Glätten auf die erforderlichen Bereiche und überprüfen Sie nach dem Vorgang die anatomische Übereinstimmung.

⚠ Warnung (Bildhauerei: Morphen)

Unsachgemäßes Morphen kann die Okklusionsverhältnisse und die klinische Anatomie verzerren.

⚠ Vorsicht (Bildhauerei: Morphen)

Überprüfen Sie morphologische Änderungen stets, um Funktion und Passung der Restauration aufrechtzuerhalten.

⚠ Warnung (Bildhauerei: Rillen)

Übermäßiges Rillenziehen kann die strukturelle Integrität schwächen und zu einem klinischen Versagen führen.

⚠ Vorsicht (Bildhauerei: Rillen)

Benutzen Sie das Rillenziehen nur, wenn es klinisch indiziert ist, und überprüfen Sie die Stabilität nach der Änderung.

⚠ Warnung (Modellieren: Hinzufügen)

Übermäßiges Hinzufügen kann die Okklusionsverhältnisse und die Form der Prothese verzerren.


⚠ Vorsicht (Bildhauerei: Hinzufügen)

Überprüfen Sie, ob der hinzugefügte Bereich die Funktion der Prothese beeinträchtigt.

Voreinstellung Verwaltung

In Medit ClinicCAD können die Benutzer Druckparameter manuell konfigurieren oder Voreinstellungen benutzen. Die Liste der verfügbaren Voreinstellungen ist im Widget Parameter Einstellungen zu finden.


Wenn der Benutzer seinen 3D-Drucker beim ersten Start der App nicht anmeldet, ist nur die Standard-Voreinstellung verfügbar. Um die Voreinstellungsliste zu erweitern und zu steuern, benutzen Sie die Funktion zur Voreinstellungen Verwaltung (das Zahnradsymbol neben der Voreinstellungsliste).



Mit der Funktion Voreinstellung Verwaltung können Sie die Voreinstellungsliste steuern, die verfügbaren Voreinstellungen bearbeiten, Voreinstellungsdateien importieren, die Sie von einem anderen Benutzer erhalten haben, oder die empfohlene Voreinstellung durch Anmeldung von 3D-Druckern erhalten.

Wie Sie die Voreinstellungsliste verwalten

Benutzer können die Werte der in der Liste auf der linken Seite ausgewählten Voreinstellung exportieren, löschen, umbenennen und bearbeiten.



- Nachdem Änderungen vorgenommen wurden, können die Voreinstellungswerte über „Zurücksetzen“ auf die empfohlenen Werte zurückgesetzt werden.
- Wenn eine Voreinstellungsdatei von einem anderen Medit-Benutzer empfangen wird, kann sie der Liste hinzugefügt werden, indem sie aus dem lokalen Speicher importiert wird.
- Auch wenn der ursprüngliche Name der empfohlenen Voreinstellung geändert wird, wird er immer oben in „Drucker-Informationen“ angezeigt.



⚠ Warnungen

- Der Export falscher Voreinstellungen kann Fehler auf zukünftige Restaurationen übertragen.


- Falsche Änderungen an Voreinstellungen können die Ergebnisse der Restauration beeinträchtigen.

⚠ **Vorsicht**


- Überprüfen Sie den Inhalt der Voreinstellung vor dem Export, um die Konsistenz des Designs sicherzustellen.
- Das Löschen kritischer Voreinstellungen kann standardisierte Arbeitsabläufe beeinträchtigen.
- Sichern Sie wichtige Voreinstellungen vor dem Löschen.
- Irreführende Namen von Voreinstellungen können zu Fehlern bei der klinischen Anwendung führen.
- Benutzen Sie klare, aussagekräftige Benennungskonventionen, wenn Sie Voreinstellungen umbenennen.
- Überprüfen Sie die Richtigkeit der ursprünglichen Voreinstellung, bevor Sie sie klonen.
- Prüfen und validieren Sie bearbeitete Werte, bevor Sie die Änderungen speichern.

So erhalten Sie eine empfohlene Voreinstellung

Wenn die Druckerregistrierung beim ersten Start der App übersprungen wurde, kann sie später über die Schaltfläche „Drucker registrieren“ nachgeholt werden.



Um einen Drucker anzumelden, muss der Benutzer den Hersteller, den Drucker und das Druckmaterial in dem unten gezeigten Fenster auswählen. Es können bis zu 5 Drucker angemeldet werden. Die Druckerregistrierung wird abgeschlossen, nachdem Sie auf „Bestätigen“ geklickt haben, und eine Voreinstellung mit empfohlenen Werten wird der Liste hinzugefügt.



Spitze


Wenn Ihr Drucker nicht in der Liste aufgeführt ist, scrollen Sie im Herstellerbereich nach unten und klicken Sie auf „Drucker anfordern“.

Vorsicht

- Nicht kompatible Drucker können zu Fertigungsfehlern führen.
- Überprüfen Sie die Materialkompatibilität mit der ausgewählten Ausrüstung.

Benutzer-Schnittstelle

Die Benutzer-Schnittstelle im Überblick



A	Titelleiste
B	Anleitung Meldung
C	Datenbaum
D	Schaltflächen zur Aktionssteuerung
E	Datenausrichtung & Bearbeitungswerkzeuge
F	3D-Daten
G	Zähne Formular
H	Werkzeugkasten
I	Seitliche Symbolleiste


Titelleiste

Die Titelleiste ist die Multifunktionsleiste am oberen Rand des Anwendungsfensters, die auf der rechten Seite grundlegende Steuerelemente und auf der linken Seite das Menü enthält. Außerdem werden der Anwendungsname und der geöffnete Fallname angezeigt.

	Menü	Verwalten Sie das geöffnete Projekt, greifen Sie auf verfügbare Hilfsressourcen zu und überprüfen Sie die Anwendungseinzelheiten.
	Hilfe-Center	Gehen Sie auf die Medit Hilfe-Center Seite, die dieser App gewidmet ist.
	Videoaufzeichnung Beginnen/Anhalten	Beginnen und halten Sie die Videoaufzeichnung des Bildschirms an.
	Bildschirmfoto	Machen Sie ein Bildschirmfoto. Nehmen Sie die App mit oder ohne die Titelleiste auf, indem Sie die automatische Auswahl benutzen, oder klicken und ziehen Sie, um nur den gewünschten Bereich aufzunehmen.
	Bildschirmfoto-Manager	Anzeigen, exportieren oder löschen Sie die Bildschirmfotos. Nach Fertigstellung werden alle aufgenommenen Bilder automatisch in dem Fall gespeichert.
	Minimieren	Minimieren Sie das Anwendungsfenster.
	Wiederherstellen	Maximieren Sie das Anwendungsfenster oder stellen Sie es wieder her.
	Schließen	Schließen Sie die Anwendung.

Datenbaum

Der Datenbaum befindet sich auf der linken Seite des Bildschirms und zeigt eine Liste von Daten an, die in Gruppen organisiert sind. Die Daten können durch Anklicken des entsprechenden Symbols in der Baumstruktur ein- oder ausgeblendet werden, oder ihre Transparenz kann mit dem zugehörigen Schieberegler eingestellt werden. Alle Daten innerhalb des Datenbaums sind in zwei Hauptgruppen gegliedert: Scandaten Gruppe und Restaurationen. Die Struktur kann je nach den Zielen eines bestimmten Schritts oder Werkzeugs leicht variieren. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für den letzten Schritt.



Scandaten Gruppe

- Oberkiefer
- Dynamischer Oberkiefer
- Unterkiefer
- Prä-Op für Unterkiefer
- Dynamischer Unterkiefer

Restaurationen

- Veneer #16
- Onlay #14
- Brücke #12-21
- Inlay #23

Schaltflächen zur Aktionssteuerung

Es gibt fünf Schaltflächen, die den gesamten Arbeitsvorgang steuern. Sie befinden sich in den beiden unteren Ecken des Anwendungsfensters.
Die Schaltfläche „Vervollständigen“ wird nur beim letzten Schritt angezeigt.

Rückgängig machen	Vorherige Aktion rückgängig machen.
Wiederherstellen	Vorangegangene Aktion wiederherstellen.
Vor.	Kehrt zum vorherigen Schritt zurück.
Weiter	Wenden Sie die Änderungen an und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Vervollständigen	Schließen Sie den Designvorgang ab und speichern Sie die Restauration in Medit Link.

Seitliche Symbolleiste

Die seitliche Symbolleiste befindet sich auf der rechten Seite des Bildschirms; sie bietet eine Reihe von Werkzeugen, die in jedem Schritt des Entwurfsablaufs erforderlich sein können.

Verwaltungswerkzeuge

	Formular Informationen	Blenden Sie die in Medit Link registrierte Formularinformationen ein oder aus. Im ersten Schritt können Sie sie auch bearbeiten.
	Parametereinstellungen	Passen Sie die Parameter für die Erstellung der Innen- und Außenflächen der Restauration an.
	Tastenkombinationen	Zeigen und verwalten Sie Tastenkombinationen
	Zusätzliche Daten importieren	Sie können zusätzliche 3D-Daten als Referenz oder als Hilfe für den Entwurfsvorgang einfügen.

Anzeige-Werkzeuge

	Raster-Einstellungen	Blenden Sie das Raster ein oder aus (Overlay ein/aus). Klicken Sie mehrmals, um die Overlay-Optionen zu steuern. Das Raster dient ausschließlich der visuellen Orientierung; es erzeugt keine quantitativen Messdaten und stellt diese auch nicht dar.
	Daten Anzeige-Modus	Wechseln Sie zwischen verschiedenen Optionen der Daten anzeigen. (Glänzend/Matt/Matt mit

		Umrissen/Einfarbig/Einfarbig mit Umrissen)

Analyse-Werkzeuge

	Kontaktbereiche mit Adjacents	Schalten Sie diese Funktion ein, um die Kontaktbereiche zwischen Restauration und Nachbarzähne anzuzeigen. Benutzen Sie diese Funktion beim Modellieren der Außenfläche der Restauration, um Material hinzufügen oder zu entfernen, um eine optimale Anpassung zu gewährleisten. Diese Funktion stellt ausschließlich eine farbbasierte Visualisierung bereit und erzeugt keine quantitativen Messdaten.
	Kontaktbereiche mit Antagonisten	Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, werden die Kontaktbereiche zwischen der Restauration und den Antagonisten angezeigt. Schalten Sie diese Funktion ein beim Modellieren der Außenfläche der Restauration, um die Okklusion zu überprüfen. Diese Funktion stellt ausschließlich eine farbbasierte Visualisierung bereit und erzeugt keine quantitativen Messdaten.
	Wechsel des Abweichungsanzeigebereichs	Wechseln Sie die Skala der Abweichungsanzeige zwischen allen Daten und nur der Kontaktfläche. Diese Funktion stellt ausschließlich eine farbbasierte Visualisierung

		bereit und erzeugt keine quantitativen Messdaten.
	Mindestdicke	Schalten Sie diese Option ein, um dünne Bereiche auf der Restauration zu zeigen. Benutzen Sie diese Funktion während der Modellieren, um sicherzustellen, dass die Restauration nicht zu dünn zum Drucken oder Fräsen ist. Das Werkzeug zur Mindestdicke liefert ausschließlich qualitative Warnhinweise; es erzeugt keine quantitativen Messdaten.

Datensteuerungs-Werkzeuge (für Touchscreen/Maus)

	Zoomen	Rein zoomen und raus zoomen durch Klicken und Ziehen.
	Zoom anpassen	Zoom, um die Daten an den Bildschirm anzupassen.
	Schwenken	Verschieben Sie Daten durch Klicken und Ziehen.
	Rotieren	Rotieren Sie Daten durch Klicken und Ziehen.

Werkzeugkasten

Die Werkzeugkästen neben der seitlichen Symbolleiste sind bei jedem Schritt anders. Jeder Werkzeugkasten stellt eine Aufgabe dar, die in diesem Schritt ausgeführt werden kann, und bietet alle für die Ausführung erforderlichen Funktionen.
Nachfolgend finden Sie Erläuterungen zu den Funktionen, die in den Werkzeugkästen der gesamten App zur Verfügung stehen.

Grenzlinie

	Manuelle Erstellung	Erstellen Sie manuell eine Randlinie basierend auf den ausgewählten Punkten.
	Bearbeiten	Hinzufügen, Verschieben oder Löschen der Steuerungspunkte für das Bearbeiten der Randlinie. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um die Linie freihändig zu bearbeiten.
	Automatische Erstellung	Erstellen Sie automatisch eine geschlossene Randlinie basierend auf den ausgewählten Punkten.
	Löschen	Löschen Sie die Grenzlinie.
	Schnittansicht	Zeigen Sie den Abschnitt des Bereichs an, in dem sich die Maus befindet. Diese Funktion dient ausschließlich der Visualisierung der Form; sie liefert keine Messwerte in gesetzlich anerkannten Einheiten.
	Krümmungsanzeigemodus	Sehen Sie die Krümmung der Daten in der Farbkarte. Diese Funktion dient ausschließlich der Visualisierung der Form; sie liefert keine Messwerte in gesetzlich anerkannten Einheiten.
	Dynamische Ansicht Änderung	Einschalten der Funktion Dynamische Ansicht Änderung, um die Daten automatisch entsprechend der Blickrichtung zu rotieren. **Hinweis**

		Nur verfügbar, wenn Sie die manuelle Erstellung benutzen.




Positionierung

	Frei verschieben/skalieren	Verschieben Sie den Zahn frei und ohne jegliche Einschränkung. Benutzen Sie Tastenkombinationen, um die Linie zu rotieren und zu skalieren.
	3D Manipulator	Skalieren, verschieben oder rotieren Sie den Zahn entlang der Achsen.


Auswahl

	Intelligente Einzelzahnauswahl	Wählen Sie automatisch den Bereich eines einzelnen Zahns aus und lassen Sie dabei Teile der Gingiva aus. Klicken und ziehen Sie die Maus auf den Zahn.
	Pinselauswahl	Wählen Sie alle Elemente auf einem frei handgezeichneten Pfad auf dem Bildschirm aus. Nur die Vorderseite ist ausgewählt.
	Pinselauswahl aufheben	Wählen Sie alle Objekte auf einem freihändig gezeichneten Pfad auf dem Bildschirm ab. Nur die Vorderseite ist abgewählt.
	Gesamte Auswahl aufheben	Löschen Sie alle ausgewählten Bereiche.

Modellieren

	Hinzufügen	Fügen Sie der Restauration Material hinzu. Tastenkürzel: 1
	Entfernen	Entfernen Sie Material von der Restauration. Tastenkürzel: 2
	Glätten	Glätten Sie Teile der Restauration. Tastenkürzel: 3
	Morphen	Morphen Sie das Material auf der Restauration, indem Sie es mit der Maus ziehen. Tastenkürzel: 4
	Rillen	Entfernen Sie mit einer scharfen Klinge Material von der Restauration, um Rillen zu erzeugen. Tastenkombination: 5

Anpassung


	An Adjacents anpassen	Passen Sie die Restauration an angrenzende Bereiche an.
	An Antagonisten anpassen	Passen Sie die Restauration an die Antagonisten an.
	An Gingiva anpassen	Zwischenglied an die Gingiva anpassen.

Hinweis

Die Anpassungsfunktionen wenden benutzerspezifische Parameter an; sie berechnen oder melden keine tatsächlich gemessenen Werte.

Verbinder

	Verschieben	Ziehen Sie den Mittelpunkt, um die Position und die

		Querschnittsfläche des Verbinders anzupassen.
	Bearbeiten	Hinzufügen, verschieben oder löschen Sie die Steuerungspunkte, um die Form des Verbinders zu ändern.
	Kleine Verbinder zulassen	Erstellen Sie kleinere Verbinder ausschließlich auf Basis der Überlappungsbereiche. Wenn aktiviert, sind Verbinder erlaubt, die kleiner als der in den Parameter Einstellungen definierte Mindestquerschnitt sind.
	Hinzufügen/Entfernen	Fügen Sie bei Bedarf Verbinder zwischen registrierten Einheiten hinzu oder entfernen Sie diese.

Schraube/Griff (Werkzeuge zur Elementsteuerung)

	Automatisch einstellen	Platzieren Sie das gewählte Element automatisch an einer optimalen Stelle.
	Zu Ihnen hin einstellen	Drehen Sie alle Elemente so, dass sie Ihnen zugewandt sind.
	Alle löschen	Alle Elemente löschen. Um ein Element zu löschen, klicken Sie es mit der rechten Maustaste an.
	Verschieben	Ändern Sie die Position des Elements, indem Sie es ziehen.

Überprüfung des Designs

	Rand & Einfügepfad	Passen Sie den Rand und den Einfügepfad nach Bedarf an. Die Änderungen wirken sich nur auf die Innenfläche aus, die Außenfläche bleibt unverändert.
	Anordnung der Zahndaten	Passen Sie die Positionierung der Zahndaten nach Bedarf an. Änderungen wirken sich nur auf die Außenfläche aus, die Innenfläche bleibt unverändert. Nur bei der automatischen Erstellung von Einzelkronen verfügbar.
	Dynamische Okklusion	Überprüfen Sie das Restaurationsdesign anhand der verfügbaren Unterkieferbewegungsaufzeichnungen.

Arbeitsablauf

Datenzuordnung


Nach dem Start der Anwendung gelangt der Benutzer in das Fenster zur Datenzuordnung, in dem der Benutzer eines von fünf verfügbaren Modulen auswählen und die erforderlichen Scandaten dem aktuellen Projekt zuordnen muss. Diese Module (oder Arbeitsabläufe) stellen die zentralen Anwendungsfälle von Medit ClinicCAD dar: zwei für das Restaurations-Design, eines für die Erstellung diagnostischer Wax-ups, eines für den Aufbau einer benutzerdefinierten Zahnbibliothek und eines für eine temporäre Restauration mit einem Zwischenglied als Kernelement.

Jeder Arbeitsablauf führt den Benutzer durch eine strukturierte Abfolge von Schritten, beginnend mit der Datenzuordnung und fortschreitend bis zum vorgesehenen Design-Ergebnis. Um fortzufahren, muss der Benutzer ein Modul auswählen und mindestens einen Datensatz dem Ziel-Kiefer zuordnen.

Prä-Op Daten	• Entwurf von eierschalenartigen Kronen und Brücken • Unterstützt den Entwurf auf der Grundlage präoperativer Daten ⚠ **Vorsicht** Dieses Modul ist deaktiviert, wenn im Medit Link-Formular ein Veneer, eine Käppchen, ein Inlay, ein Onlay oder ein Wax-up angemeldet ist.
Präparierte Daten	• Design von Einzelkronen, Brücken mit Zwischengliedern, Veneers, Inlays, Onlays, Copings und Maryland-Brücken • Unterstützt den Entwurf auf der Grundlage präparierte Daten unter Benutzung von Zähne-Bibliotheken • Unterstützt den Modus „Automatische Erstellung“ für Einzelkronen (nur Prämolaren und Molaren) • Unterstützt den Modus „KI-Design“ zur KI-Generierung von Einzelinlays (nur

	Prämolaren und Molaren) • Unterstützt den Arbeitsablauf für der Entwurf von zervikales Inlay* • Benutzer können präoperative Daten als Referenz über das Fenster Daten zuordnen importieren **Hinweis** * Weitere Informationen über den Entwurf von zervikales Inlays finden Sie im Anhang dieses Handbuchs.
diagnostisches Wax-Up	• Erstellen Sie Wax-Up-Entwürfe für die angestrebten Restaurationen • Verfügbar nur, wenn ein Wax-Up im Medit Link-Formular angemeldet wurde • Stellen Sie sicher, dass präoperative Daten verfügbar sind
Benutzerdefinierte Zahnbibliothek	• Erstellen Sie eine Bibliothek, indem Sie Zähne direkt aus den im Medit Link-Fall verfügbaren Scandaten segmentieren • Erstellen Sie eine Bibliothek, indem Sie vorgeschnittene einzelne Zahndaten-Dateien importieren
Flipper	• Eine temporäre Restauration mit einem Zwischenglied erstellen.

Nach der Zuordnung der Scandaten tritt der Benutzer in den ersten Schritt des Arbeitsablaufs ein. Unabhängig vom gewählten Modul enthält dieser Schritt zwei Datenverwaltungswerkzeuge in der unteren linken Ecke: Datenausrichtung und Datenbearbeitung. Obwohl diese Werkzeuge optional sind, ermöglichen sie es dem Benutzer, die importierten Scandaten zu überprüfen und zu verfeinern, um eine höhere Genauigkeit und bessere Ergebnisse bei dem Entwurf der Restauration in den nachfolgenden Schritten zu gewährleisten.



> ⚠ **Vorsicht**
>
> Wenn Sie zum ersten Schritt zurückkehren, um eines dieser beiden Werkzeuge zu benutzen, gehen alle Fortschritte bei dem Entwurf der Restauration verloren.


Datenausrichtung

Die korrekte Datenausrichtung an der Okklusionsebene ist entscheidend für die Genauigkeit der nachfolgenden automatisierten Vorgänge. In den meisten Fällen werden die Scandaten beim Import automatisch ausgerichtet. Wenn die Ausrichtung jedoch aus irgendeinem Grund fehlschlägt, wird der Benutzer aufgefordert, die Ausrichtung manuell durchzuführen.




> ⚠ **Vorsicht**
>
> Bitte prüfen Sie die automatisch ausgerichteten Daten, da die Ergebnisse der automatischen Ausrichtung unbeabsichtigte Fehler und potenzielle klinische Risiken verursachen können.

1. Um die Daten manuell neu auszurichten, klicken Sie zunächst auf „Daten abtrennen“ in dem Werkzeugkasten am unteren Rand.



2. Benutzen Sie dann entweder „Ausrichten nach 3 Punkten“ oder „Ausrichten nach 4 Punkten“, um die entsprechende Anzahl von Punkten auf den Daten zu setzen.



- Wenn Sie den Punkt falsch gesetzt haben, benutzen Sie „Punkt löschen“, um den letzten hinzugefügten Punkt zu entfernen.




- Bei der Arbeit mit Halbe Kiefer -Daten benutzen Sie die Funktion „Halbe Kiefer-Ausrichtung“, um einen genaueren Ausrichtungsvorgang zu gewährleisten.



3. Überprüfen Sie die Datenausrichtung in der Mehrfachansicht auf der rechten Seite. Wenn nötig, passen Sie sie an, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken, um sie zu rotieren und beide Maustasten zum

Verschieben benutzen.



4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Fertig“ in der rechten unteren Ecke, um zum ersten Arbeitsablauf-Schritt zurückzukehren.

Datenbearbeitung

Die Funktion Datenbearbeitung bietet Werkzeuge zur Verfeinerung importierter Scandaten, so dass eine Präparation in anderen Programmen nicht mehr erforderlich ist. Saubere Scandaten sorgen für einen schnelleren Arbeitsvorgang und genauere Entwurfsergebnisse.
Benutzen Sie die mitgelieferten Werkzeuge, um überflüssige oder nicht benötigte Datenteile zu trimmen, die Datenoberfläche zu bearbeiten und eventuell vorhandene Löcher zu füllen.




Wie Sie Daten trimmen

Die Trimmen Werkzeuge werden automatisch aktiviert, sobald der Benutzer seine Daten eingibt.

1. Wählen Sie zunächst ein Auswahl-Werkzeug, um die Teile der Daten zu bestimmen, die entfernt werden müssen.

	Intelligente Zahnauswahl	Wählt automatisch alle Zähne des Zahnbogens aus, wobei das Zahnfleisch ausgespart wird.
	Pinselauswahl	Wählen Sie alle Elemente auf einem frei handgezeichneten Pfad auf dem Bildschirm aus. Nur die Vorderseite ist ausgewählt. Der Pinsel ist in drei Größen erhältlich.
	Intelligente Einzelzahnauswahl	Wählen Sie automatisch den Bereich eines einzelnen Zahns aus und lassen Sie dabei Teile der Gingiva aus. Klicken und ziehen Sie die Maus auf den Zahn.


	Polyline auswählen	Wählen Sie alle Elemente innerhalb einer auf dem Bildschirm gezeichneten Polylinienform aus.
	Floodfill-Auswahl	Wählen Sie den verbundenen Bereich anhand der Mausbewegungen aus.



2. Wenn nötig, bearbeiten Sie den ausgewählten Bereich, indem Sie die folgenden Werkzeugoptionen benutzen.


	Ausgewählten Bereich automatisch auffüllen	Automatisches Ausfüllen von Elementen des ausgewählten Bereichs.
	Ausgewählten Bereich verkleinern	Reduziert den ausgewählten Bereich mit jedem Drücken der Taste.
	Ausgewählten Bereich erweitern	Erweitert den ausgewählten Bereich mit jedem Drücken der Taste.
	Ausgewählten Bereich umkehren	Kehrt die Auswahl um.

- Sie können auch den „Abwahl-Modus“ einschalten, um die Auswahl manuell zu bearbeiten, oder die Funktion „Gesamte Auswahl aufheben“ benutzen, um die Auswahl automatisch aufzuheben.




> ⚠ **Vorsicht**
>
> Bitte prüfen Sie die automatisch ausgefüllten Auswahlen, da diese unbeabsichtigte Fehler und potenzielle klinische Risiken verursachen können.

3. Um das Trimmen zu vervollständigen, klicken Sie auf „Ausgewählten Bereich löschen“.




So füllen Sie Löcher

1. Wechseln Sie zum Werkzeug „Löcher auffüllen“.




2. Suchen Sie einen Bereich, in dem Daten fehlen, und passen Sie den Schieberegler "Maximaler Umfang eines Lochs" an.
Wenn die Option "Benachbarte Farben für gefüllte Öffnungen benutzen" aktiviert ist, benutzt das Programm die passende Farbpalette, um den Bereich zu füllen; andernfalls wird er grau gefüllt.



3. Klicken Sie auf „Anwenden“, um die Löcher mit dem neuen Netz zu füllen.

Wie Sie Daten modellieren


Suchen Sie den Datenbereich, den Sie bearbeiten möchten, und benutzen Sie dann die bereitgestellten Werkzeuge, um Daten hinzuzufügen oder zu entfernen oder Teile davon zu glätten und zu morphen. Mit der Option „Rillen“ können Sie auch eine anatomischere Okklusionsfläche modellieren, indem Sie sie benutzen.
Beachten Sie, dass die Stärke und Größe des Modellieren-Pinsels einstellbar ist.



Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Fertig“ in der rechten unteren Ecke, um zum ersten Arbeitsablauf-Schritt zurückzukehren.

So extrahieren Sie Zähne

Schalten Sie die Funktion „Virtuelle Extraktion“ ein. Wählen Sie mit den bereitgestellten Werkzeugen den Zahn aus, den Sie entfernen möchten, und klicken Sie dann auf „Anwenden“, um die Extraktion abzuschließen. Überprüfen Sie anschließend, ob in den Zahnfleischdaten oder den benachbarten Zähnen Löcher vorhanden sind, und benutzen Sie „Löcher auffüllen“, um sie zu reparieren.


Editing
Sculpting
Virtual Extraction
All
Apply

Prä-Op-Datenmodul

Der allgemeine Arbeitsablauf zur Erstellung von „Eierschalen“-Kronen und -Brücken besteht aus drei Schritten: **Zahnauswahl > Rand & Einfügepfad > Endgültiger Entwurf.** Wenn sich der Benutzer dafür entscheidet, für die Kronenerstellung Bibliotheksdaten anstelle von präoperativen Daten für einen bestimmten Zahn zu benutzen, wird ein zusätzlicher Schritt — Anordnung der Zahndaten* — in den Arbeitsablauf aufgenommen.


> 🔎**Hinweis**
>
> Lesen Sie, wie Sie den Schritt Anordnung der Zahndaten im **Arbeitsablauf > Präpariertes Datenmodul > Anordnung der Zahndaten.**

Zahnauswahl


Dies ist der erste Schritt bei dem Entwurf von eierschalenartigen Kronen und Restaurationen. Das Ziel dieses Schritts ist es, präoperative Daten auszuwählen, die jedem im Medit Link-Formular angemeldeten Zahn entsprechen, und diese später für die Erstellung der Restauration wiederzuverwenden.

1. Beim Aufrufen dieses Schritts werden die Daten für die im Formular unten aufgeführten Zahnnummern automatisch ausgewählt.


> **Hinweis**
>
> Die automatische Auswahl wird für Scandaten des Gipsmodells nicht unterstützt.




2. Überprüfen Sie die Genauigkeit der automatischen Datenauswahl, um die korrekte Generierung der Außenflächen der Restaurationen in den folgenden Schritten sicherzustellen. Falls eine Bearbeitung erforderlich ist, wählen Sie die Ziel-Zahnnummer im Formular aus und nehmen Sie Anpassungen mit den Auswahl-Werkzeugen vor.



- Sie können die Datenauswahl für einen bestimmten Zahn zurücksetzen, indem Sie „Gesamte Auswahl aufheben“ benutzen und dann mit „Intelligente Einzelzahnauswahl“ genau diesen Zahn erneut auswählen. Klicken und ziehen Sie dazu die Maus über die Zahndaten.



- Oder Sie können kleinere Korrekturen an der Auswahl mit „Pinselauswahl“ oder „Pinselauswahl aufheben“ vornehmen.




⚠ Warnung (Intelligente Einzelzahnauswahl)

Eine fehlerhafte automatische Auswahl kann benachbarte Strukturen erfassen und das Restaurationsdesign beeinträchtigen.

⚠ Vorsicht

- Eine übermäßige Auswahl kann unbeabsichtigte anatomische Bereiche einschließen.
- Ein unbeabsichtigtes Abwählen kritischer Bereiche kann eine erneute Auswahl des Bereichs erforderlich machen.
- Stellen Sie sicher, dass durch das Abwählen aller ausgewählten Bereiche alle angezeigten Bereiche entfernt werden.

3. Wenn Sie für eine der Ziel-Restaurationen die Zahnbibliothek anstelle der präoperativen Daten benutzen möchten, wählen Sie die entsprechende Zahnnummer aus der Liste am unteren Rand aus und aktivieren Sie den Schalter „Bibliothek benutzen“. Dadurch wird später ein zusätzlicher Schritt in Ihrem Arbeitsablauf eingefügt: Anordnung der Zahndaten.




4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Weiter“ oder drücken Sie die Leertaste, um zum nächsten Schritt zu verschieben.


Ränder & Einfügepfad

Der Zweck des zweiten Schritts besteht darin, die Randlinien festzulegen und den Einfügepfad für zukünftige Restaurationen zu bestimmen.

1. Die Randlinien werden bei der Eingabe dieses Schritts automatisch erstellt. Sie müssen die erzeugten Randlinien überprüfen und bei Bedarf bearbeiten.



- Zum Bearbeiten der Randlinien benutzen Sie den Schieberegler „Verkleinern/Erweitern“ am unteren Rand. Sie können den Rand für alle Zähne auf einmal oder für eine bestimmte Zahnnummer verkleinern oder erweitern, indem Sie diese im Formular am unteren Rand angeben.
- Sie können die Randlinie auch bearbeiten, indem Sie die Steuerungspunkte hinzufügen, verschieben oder löschen. Klicken Sie, um einen Punkt hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, um ihn zu löschen, und ziehen Sie ihn, um ihn zu verschieben.




⚠ Vorsicht (Verkleinern/Erweitern)

Benutzen Sie die Funktion nicht übermäßig, da andernfalls der korrekte Bereich möglicherweise nicht ausgewählt wird oder Passung und Design der Restauration beeinträchtigt werden können.

2. Der Einfügepfad wird automatisch erkannt. Überprüfen Sie den erkannten Einfügepfad, und wenn Anpassungen erforderlich sind, ziehen Sie den Pfeil des Einfügepfads, um seine Richtung zu bearbeiten. Der graue Pfeil zeigt die ursprünglich erkannte Richtung an.

-Spitze

Sie können die Option „Brücke Einfügepfad“ einzeln ausschalten und den Pfad für jede Krone in einer Brücke festlegen.




> **⚠ Vorsicht**
>
> Eine falsche Insertionsrichtung kann die Qualität des Zahnersatzes beeinträchtigen.

- Alternativ können Sie die 3D-Daten auch rotieren und unten auf „Pfeil auf Ihren Blickpunkt setzen“ klicken.



3. In diesem Schritt können Sie auch die Parameter für die Innen- und Außenflächen der Restauration überprüfen, bevor sie im nächsten Schritt angewandt werden. Standardmäßig werden Ihre zuletzt benutzten Parameter angewandt. Klicken Sie auf „Parameter Einstellungen“ in der seitlichen Symbolleiste, um die Einzelheiten zu sehen.



- Sie können die Parameterwerte manuell konfigurieren oder die empfohlene Voreinstellung für Ihren speziellen Drucker benutzen.

Hinweis

Weitere Informationen über den Empfang empfohlener Voreinstellungen und die Verwaltung der Voreinstellungsliste finden Sie im Kapitel **Datenverwaltung** > **Voreinstellungen verwalten** dieses Handbuchs.

4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Weiter“.

Hinweis

Wenn Sie sich im ersten Schritt dafür entscheiden, die Bibliothek anstelle von Voreinstellungsdaten zu benutzen, fahren Sie anschließend mit dem zusätzlichen Schritt Anordnung der Zahndaten fort. Detaillierte Anweisungen, wie Sie diesen Schritt benutzen, finden Sie im Kapitel **Arbeitsablauf > Präpariertes Datenmodul > Anordnung der Zahndaten** dieses Handbuchs.


Endgültiger Entwurf

Dies ist der letzte Schritt beim Entwurf der Restaurationen. In diesem Schritt sollte der Benutzer den Entwurf der erstellten Restaurationen überprüfen, alle notwendigen Änderungen vornehmen und die angewandten Parameter überprüfen, bevor er mit dem Druck fortsetzt. In diesem Schritt können auch zwei zusätzliche Aufgaben durchgeführt werden: die Bearbeitung der Brückenverbinder und das Hinzufügen von optionalen Entwurfselementen zu einer Krone.

1. Beginnen Sie mit der Überprüfung der erstellten Restaurationen. Schalten Sie die Analyse-Werkzeuge in der seitlichen Symbolleiste ein, um zu sehen, wo eine Modellieren an den Außenflächen erforderlich sein könnte. „Kontaktbereiche mit Adjacents“ und „Kontaktbereiche mit Antagonisten“ zeigen die Kontaktpunkte mit benachbarten Zähnen durch Farben an. Mit „Mindestdicke“ werden Bereiche der Kronen, die zu dünn sind, in Rot angezeigt. Fügen Sie in diesen Bereichen mehr Material hinzu, indem Sie Modellieren-Werkzeuge benutzen.

Spitze


Steuern Sie die Sichtbarkeit der Daten im Datenbaum, um die Kontaktpunkte und die Passung der Restauration einfach zu überprüfen.




2. Korrigieren Sie Entwurfsfehler, indem Sie „Modellieren“ benutzen. Sie können Material auf der Außenfläche der Restauration hinzufügen, entfernen, glätten, morphen und herausarbeiten. Wählen Sie ein Modellieren-Werkzeug aus, stellen Sie die Pinselstärke und -größe ein und bearbeiten Sie dann die gewünschten Bereiche. Benutzen Sie die Option „Rille“, um ganz einfach Rillen zu erstellen.

Spitze


Klicken Sie auf das Fragezeichen im Widget „Modellieren“, um die Tastenkombinationen zu sehen.




3. Für eine umfangreiche Modellieren müssen Sie möglicherweise die Passung der Restauration und die zuvor eingestellten Parameter noch einmal überprüfen. Benutzen Sie die Option „Anpassung“, um schnelle Anpassungen vorzunehmen; Sie können die Restauration um einen bestimmten Abstand an die Nachbarzähne und Antagonisten anpassen.




- Wenn Ihre Brücke über ein Zwischenglied verfügt, können Sie den Abstand zur Gingiva mit den Anpassung Werkzeugen in diesem Schritt anpassen. Wählen Sie die Funktion „An Gingiva anpassen“, stellen Sie den gewünschten Abstand ein und klicken Sie auf „Anpassen“.



- Wenn dynamische Okklusions-Daten importiert wurden, können Sie wählen, ob die Anpassung an Antagonisten auf Basis einer „statischen“ oder „dynamischen“ Okklusion erfolgen soll.




4. Wenn Sie an einer Brücke arbeiten, werden die Daten der einzelnen Elemente durch Hinzufügen von Verbinder zu einem Element zusammengefasst. Bearbeiten Sie die Verbinder mit den Werkzeugen „Verschieben“, „Bearbeiten“, „Kleine Verbinder zulassen“ oder „Hinzufügen/Entfernen“.



- Wenn Sie „Verschieben“ benutzen, ziehen Sie den Mittelpunkt eines Verbinders, um die Position und die Querschnittsfläche des Verbinders automatisch neu anzupassen.


> **Spitze**
>
> Halten Sie die Alt/Option-Taste gedrückt, um den Verbinder schnell mit der Maus frei zu formen.




- Wenn Sie „Bearbeiten“ benutzen, werden die Ränder des Verbinders an beiden Zähnen angezeigt. Sie können die Verbinder neu formen, indem Sie diese Ränder bearbeiten. Ähnlich wie bei der Bearbeitung der Randlinie des Zahns, klicken Sie, um einen Punkt hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, um ihn zu löschen, und ziehen Sie die Punkte, um sie zu verschieben.

Spitze

Halten Sie die Strg-/Command-Taste gedrückt, um schnell kleinere Änderungen an den Rändern vorzunehmen.




- Wenn „Kleine Verbinder zulassen“ aktiviert ist, ignoriert das Programm den in den Parameter Einstellungen definierten Mindestquerschnitt. Stattdessen erstellt es Verbinder ausschließlich auf Grundlage der tatsächlichen Kontaktpunkte zwischen Nachbarzähne.




- Schalten Sie „Hinzufügen/Entfernen“ ein, um Verbinder zwischen allen angemeldeten Einheiten unabhängig von Formularinformationen zu verwalten. Auf diese Weise können Sie eine Brücke in

einzelne Einheiten trennen oder einzelne Einheiten zu einer Brücke verbinden.




5. Wenn Sie an einem Kronenentwurf arbeiten, können Sie mit „Schraube/Griff“ Schraubenzugangslöcher oder Griffe hinzufügen.



- Beginnen Sie mit der Auswahl des Elements, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf „Automatisch einstellen“. Dadurch wird der Zylinder automatisch so platziert, dass ein Element an der optimalen Stelle entsteht - ein Griff auf der lingualen Seite und ein Loch in der Mitte. Stellen Sie dann den Radius und die Höhe des Zylinders unten ein und klicken Sie auf „Hinzufügen“.

Spitze


Der Zylinder zur Erstellung eines Elements kann auch manuell mit einem Doppelklick an der von Ihnen gewählten Stelle platziert werden.



⚠ Vorsicht


Stellen Sie sicher, dass die Schraube/der Griff nicht in einem funktional wichtigen Bereich der Restauration positioniert ist.

- Sie können den Zylinder auch schnell mit einem „Verschieben“-Werkzeug verschieben und seine Richtung ändern, indem Sie die Daten rotieren und dann mit „Zu Ihnen hin einstellen“ auf Ihre Ansicht einstellen.



6. Überprüfen Sie abschließend die inneren und äußeren Parameter unter „Parameter Einstellungen“, bevor

Sie Ihren Entwurf speichern und zum Druck senden.




> **⚠ Vorsicht**
>
> Falsche Parametereinstellungen können die Passung der Restauration beeinträchtigen; stellen Sie sicher, dass die Parameter korrekt eingestellt sind.

7. Um Ihre Restaurationsentwürfe zu speichern, klicken Sie unten rechts auf „Vervollständigen“.

> **Kostenpflichtige Funktion**
>
> Das Speichern und Exportieren der vollständigen Restaurationsentwürfe als STL-Datei ist eine kostenpflichtige Funktion. Die Preise können je nach Besitzstatus und Standort Ihres Scanners variieren.
> Weitere Einzelheiten zur Zahlung finden Sie im Medit Hilfe-Center oder klicken Sie **hier.**

8. Wenn Sie einen SprintRay 3D-Drucker haben, können Sie Ihren Restaurationsentwurf aus diesem Schritt direkt in die RayWare Cloud übertragen. Benutzen Sie dazu die Option „Drucken mit SprintRay“ am unteren Rand und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie müssen bereits über ein RayWare Cloud-Konto verfügen, um diese Funktion zu benutzen.



⚠ Vorsicht

Sollten Sie Schwierigkeiten haben, sich mit der RayWare Cloud zu verbinden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise zur Fehlerbehebung:

- Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung
- Überprüfen Sie Ihre Anmeldedaten (Benutzername und Passwort)
- Überprüfen Sie Ihren Restaurationsentwurf

Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den SprintRay-Support.

Präpariertes Datenmodul

Der Arbeitsablauf in diesem Modul hängt von der Ziel-Restauration ab. Die folgende Tabelle zeigt, welche Schritte für jeden Restaurations-Typ im Arbeitsablauf enthalten sind.


	Rand & Einfügepfad	Anordnung der Zahndaten	Endgültiger Entwurf
Brücke	O	O	O
Krone	O	O	O
Veneer	O	O	O
Inlay/Onlay	O	O	O
Käppchen	O	X	O
Maryland-Brücke	O	O	O
Zervikales Inlay*	O	X	O

**Der Arbeitsablauf für das zervikales Inlay wird im Anhang separat erläutert.*

Automatische Erstellung von Einzelkronen

Dieses Modul unterstützt auch die automatische Erstellung von Einzelkronen für Prämolaren und Molaren basierend auf voreingestellten Parametern. Um diese Funktion zu benutzen, muss das Formular in Medit Link nur Einzelkronen enthalten. Aktivieren Sie im Fenster „Daten zuordnen“ den Schalter „Automatische Erstellung“ und überprüfen Sie die voreingestellten Parameter in den Einstellungen.
Nach der Datenzuordnung gelangen die Benutzer zum Schritt Endgültiger Entwurf, wo sie die generierten

Kronen überprüfen und anpassen können.




KI-Design für Einzelinlays

Dieses Modul unterstützt KI-generierte Designs für Einzelinlays an Prämolaren und Molaren. Das KI-Modell benutzt während des Designprozesses die verfügbaren voreingestellten Parameter; daher sollten die Voreinstellungen in den Einstellungen im Voraus überprüft werden.

Um diese Funktion zu benutzen, muss das Formular in Medit Link ein Einzelinlay enthalten. Im Fenster „Daten zuordnen“ wird durch Aktivieren des Schalters „KI-Design“ die Funktion „KI-Inlay“ im zweiten Schritt des Arbeitsablaufs aktiviert.


> ⚠ **Vorsicht**
>
> Die von der KI generierten Inlay-Ergebnisse dienen ausschließlich als Referenz für den Benutzer und können insbesondere in atypischen Fällen ungenau sein. Alle Design-Ergebnisse müssen vor der klinischen Anwendung von einem qualifizierten Zahnarzt überprüft, verifiziert und freigegeben werden. Bei Bedarf kann der Benutzer das generierte Inlay manuell neu designen.


Assign Data
Select Module
Pre-Op Data
Create eggshell-type restorations based on the pre-op scan data.
Prepared Data
Create restorations using Medit's library.
AI Design
Automatically generate a single inlay using AI and preset parameters.
Parameter Settings
Diagnostic Wax-Up
Create a diagnostic wax-up model for the target restorations.
Flipper
Create a temporary restoration with a pontic.
Data
Maxilla Base
Mandible Base
mandibular.obj
maxillary.obj
Pre-Op for Maxilla
Maxilla
Maxilla Base
Pre-Op for Mandible
Mandible
Mandible Base
Cancel
Confirm

Ränder & Einfügepfad

Im ersten Schritt müssen die Benutzer Randlinien für alle im Formular eingegebenen Zahnnummern zeichnen und dann den Einfügepfad für jede Restauration festlegen.


1. Beginnen Sie mit der Überprüfung des Zahnformulars am unteren Rand. Wenn eine Zahnnummer ein grünes Häkchen hat, wurde die Randlinie für diesen Zahn bereits erstellt oder aus dem Fall importiert. Randlinien für Copings, Kronen, Inlays und Onlays werden automatisch erstellt.



2. Wählen Sie dann eine Zahnnummer aus, die noch keinen Rand hat, und zeichnen Sie ihn mit dem Werkzeug „Automatische Erstellung“ oder „Manuelle Erstellung“.
Bei der „Automatische Erstellung“ wird ein Rand auf der Grundlage eines einzigen benutzerdefinierten Punktes gezeichnet; bei der „Manuelle Erstellung“ wird ein Rand auf der Grundlage mehrerer Punkte gezeichnet.




- Schalten Sie „Schnittansicht“ oder „Dynamische Ansicht Änderung“ ein, um Sie beim manuellen Zeichnen des Randes zu unterstützen.



3. Alle Ränder können durch Hinzufügen, Verschieben oder Löschen von Steuerungspunkten bearbeitet werden. Klicken Sie, um einen Punkt hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, um ihn zu löschen, und ziehen Sie ihn, um ihn zu verschieben.
Während der Bearbeitung können Sie den „Krümmungsanzeigemodus“ einschalten, um die Tiefe besser zu verstehen.

Spitze

Halten Sie die Strg-/Command-Taste gedrückt und ziehen Sie die Maus, um schnell kleinere Freihandkorrekturen vorzunehmen.



⚠ Warnung (Bearbeiten)

Überprüfen Sie nach der Bearbeitung die Kontinuität der Grenze und die anatomische Übereinstimmung.


⚠ Vorsicht

- Orientieren Sie sich beim manuellen Erstellen der Grenze an anatomischen Landmarken.
- Überprüfen Sie automatisch erstellte Grenzen und korrigieren Sie sie bei Bedarf manuell.
- Bitte beachten Sie, dass das Löschen der Grenze nicht rückgängig gemacht werden kann. Nach dem Löschen muss eine neue Grenze erstellt werden.
- Benutzen Sie „Analyze“ als ergänzenden Indikator, um die Grenze zwischen Gingiva und Zahn zu bestimmen

4. Sie können den Einfügepfad erst bearbeiten, wenn die Ränder für alle Ziel-Zähne erstellt worden sind. Schalten Sie „Einfügepfad anzeigen“ ein und passen Sie den automatisch festgelegten Pfad an, indem Sie den Einfügepfad-Pfeil ziehen. Der graue Pfeil zeigt die ursprüngliche Richtung an.

Spitze


Schalten Sie „Brücke Einfügepfad“ aus, um den Pfad für jede Krone in einer Brücke einzeln festzulegen.



⚠ Vorsicht

Blau markierte Unterschnitte beeinflussen die Innenfläche des Zahnersatzes. Stellen Sie sicher, dass die Unterschnittbereiche entsprechend der Insertionsrichtung korrekt erfasst werden.

- Alternativ können Sie die 3D-Daten auch rotieren und unten auf „Pfeil auf Ihren Blickpunkt setzen“ klicken.




5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Weiter“ oder drücken Sie die Leertaste, um zum nächsten Schritt zu verschieben.

Anordnung der Zahndaten

In diesem Schritt muss der Benutzer die Zahndaten für die Erstellung von Restaurationen zusammenstellen. Er kann entweder Zahnbibliotheksdaten oder alle verfügbaren präoperativen oder Referenz-Scandaten benutzen.


1. Wenn Sie diesen Schritt eingeben, werden die Zahndaten aus der ausgewählten Bibliothek automatisch allen im Formular angegebenen Ziel-Zähnen zugeordnet. Es gibt 6 Standard-Zahnbibliotheken, und Sie können wählen, welche Sie in der Bibliotheks-Werkzeugkasten auf der rechten Seite benutzen wollen.

> **Hinweis**
>
> Sie können die Liste der verfügbaren Bibliotheken auch erweitern, um 50 Bibliotheksdaten in der „Bibliothek Verwaltung“ zu bearbeiten. Weitere Einzelheiten zu dieser Funktion finden Sie unter **Datenverwaltung > Bibliothek Verwaltung**.



2. Alternativ können Sie auch andere verfügbare Daten duplizieren, um sie anstelle der Bibliotheksdaten zu benutzen. Für die Duplizierung können Sie entweder die zu Beginn über das Dialogfeld „Daten zuordnen“ importierten Prä-Op-Daten oder andere Referenzscans benutzen, die Sie über „Zusätzliche Daten importieren“ in der seitlichen Symbolleiste laden. Mit letzterem können Sie zusätzliche Daten aus anderen Medit Link-Fällen oder lokal gespeicherte Daten importieren. Um die Daten zu duplizieren, benutzen Sie das Werkzeug „Kopieren/Spiegeln“. „Kopieren“ erstellt eine exakte Kopie eines gescannten Zahns, während „Spiegeln“ eine symmetrische Kopie erstellt. Beachten Sie, dass die kopierten oder gespiegelten


Daten nur auf den einzelnen Zahn angewandt werden, der derzeit im Formular unten ausgewählt ist, so dass Sie die Bibliotheksdaten für andere Zähne beibehalten können.



> **⚠ Vorsicht**
>
> Überprüfen Sie die gespiegelte Anatomie anhand benachbarter Strukturen, nachdem Sie das Werkzeug benutzt haben.


- Beginnen Sie mit der Auswahl einer Zahnnummer, für die Sie die duplizierten Daten im Formular unten benutzen wollen und suchen Sie die Daten, die Sie duplizieren wollen (benutzen Sie den Datenbaum,

um sie sichtbar zu machen).




- Wählen Sie anschließend im schwebenden Widget „Kopieren“ oder „Spiegeln“ und wählen Sie mit den bereitgestellten Werkzeugen die gewünschten Zahndaten aus.

> **Spitze**
>
> Beachten Sie beim Kopieren von Daten, dass Sie mit dem Schalter „Größe & Position beibehalten“ ein Duplikat in derselben Größe und Position wie das Original erstellen können. Wenn diese Option nicht eingeschaltet ist, werden die kopierten Daten auf dem angegebenen Ziel-Zahn abgelegt.




- Klicken Sie auf „Anwenden“, um die Bibliotheksdaten durch die gewünschten Daten zu ersetzen. Wenn Sie möchten, können Sie die Bibliotheksdaten wieder benutzen, indem Sie auf „Zurücksetzen“ klicken.



3. Wenn Sie die Zahndaten für alle Ihre Ziel-Zähne zusammengestellt haben, passen Sie die Platzierung


der Daten an, indem Sie die Werkzeuge „Positionierung“ benutzen. Sie können die Zahndaten verschieben, skalieren oder rotieren, um sicherzustellen, dass sie richtig positioniert sind.



- Benutzen Sie „Frei verschieben/skalieren“, wenn Sie die Datenbewegungen ohne Einschränkungen steuern möchten. Zum Verschieben von Daten benutzen Sie die Maus. Für andere Aktionen wie Rotieren und Skalieren überprüfen Sie die Tastenkombinationen unter dem Fragezeichen in dem Werkzeugkasten.



- Benutzen Sie den „3D Manipulator“, wenn Sie präzise oder kleine Anpassungen an der Positionierung der Daten vornehmen möchten. Mit dieser Funktion können Sie Daten entlang der Achse steuern.




Vorsicht

- Überprüfen Sie die Position nach der freien Manipulation erneut.
- Wenden Sie kontrollierte Transformationen ausschließlich entlang der vorgesehenen Achsen an

4. Sie sollten bei der Positionierung der Zahndaten die Kontaktpunkte mit anderen Zähnen berücksichtigen. Um den Kontakt zwischen der Restauration und den gegenüberliegenden oder Nachbarzähne zu bewerten, beziehen Sie sich auf den Farbbalken in der unteren linken Ecke


Spitze

Versuchen Sie, die Sichtbarkeit der Daten im Datenbaum einzustellen, um die Überprüfung der Kontaktpunkte zu erleichtern.



5. In diesem Schritt können Sie außerdem die Parameter für die Innen- und Außenflächen der Restauration prüfen, bevor sie angewandt werden. Klicken Sie dazu in der rechten Seitenleiste auf die Funktion „Parametereinstellungen“. Sie können die empfohlenen Voreinstellungen für Ihren jeweiligen Drucker benutzen oder jeden Parameter manuell anpassen. Standardmäßig werden die zuletzt benutzten Parameter für Sie eingestellt.

> **Spitze**
>
> Weitere Einzelheiten zum Empfangen und Verwalten empfohlener Voreinstellungen finden Sie unter **Datenverwaltung > Voreinstellungen Verwaltung.**




6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Weiter“.

Endgültiger Entwurf

Dies ist der letzte Schritt beim Entwurf der Restaurationen. In diesem Schritt sollte der Benutzer den Entwurf der erstellten Restaurationen überprüfen, alle notwendigen Änderungen vornehmen und die angewandten Parameter überprüfen, bevor er mit dem Druck fortsetzt. In diesem Schritt können auch zwei zusätzliche Aufgaben durchgeführt werden: die Bearbeitung der Brückenverbinder und das Hinzufügen von optionalen Entwurfselementen zu einer Krone.

1. Beginnen Sie mit der Überprüfung der erstellten Restaurationen. Schalten Sie die Analyse-Werkzeuge in der seitlichen Symbolleiste ein, um zu sehen, wo eine Modellieren an den Außenflächen erforderlich sein könnte. „Kontaktbereiche mit Adjacents“ und „Kontaktbereiche mit Antagonisten“ zeigen die Kontaktpunkte mit benachbarten Zähnen durch Farben an. Mit „Mindestdicke“ werden Bereiche der Kronen, die zu dünn sind, in Rot angezeigt. Fügen Sie in diesen Bereichen mehr Material hinzu, indem Sie Modellieren-Werkzeuge benutzen.


> **Spitze**
>
> Steuern Sie die Sichtbarkeit der Daten im Datenbaum, um die Kontaktpunkte und die Passung der Restauration einfach zu überprüfen.



2. Korrigieren Sie Entwurfsfehler, indem Sie „Modellieren“ benutzen. Sie können Material auf der Außenfläche der Restauration hinzufügen, entfernen, glätten, morphen und herausarbeiten. Wählen Sie ein Modellieren-Werkzeug aus, stellen Sie die Pinselstärke und -größe ein und bearbeiten Sie dann die gewünschten Bereiche. Benutzen Sie die Option „Rille“, um ganz einfach Rillen zu erstellen.

Tip

Klicken Sie auf das Fragezeichen im Widget „Modellieren“, um die Tastenkombinationen zu sehen.




3. Für eine umfangreiche Modellieren müssen Sie möglicherweise die Passung der Restauration und die zuvor eingestellten Parameter noch einmal überprüfen. Benutzen Sie die Option „Anpassung“, um schnelle Anpassungen vorzunehmen; Sie können die Restauration um einen bestimmten Abstand an die Nachbarzähne und Antagonisten anpassen.




- Wenn Ihre Brücke über ein Zwischenglied verfügt, können Sie den Abstand zur Gingiva mit den Anpassung Werkzeugen in diesem Schritt anpassen. Wählen Sie die Funktion „An Gingiva anpassen“,

stellen Sie den gewünschten Abstand ein und klicken Sie auf „Anpassen“.




- Wenn dynamische Okklusions-Daten importiert wurden, können Sie wählen, ob die Anpassung an Antagonisten auf Basis einer „statischen“ oder „dynamischen“ Okklusion erfolgen soll.




4. Wenn Sie an einer Brücke arbeiten, werden die Daten der einzelnen Elemente durch Hinzufügen von Verbinder zu einem Element zusammengefasst. Bearbeiten Sie die Verbinder mit den Werkzeugen

„Verschieben“, „Bearbeiten“, „Kleine Verbinder zulassen“ oder „Hinzufügen/Entfernen“.



- Wenn Sie „Verschieben“ benutzen, ziehen Sie den Mittelpunkt eines Verbinders, um die Position und die Querschnittsfläche des Verbinders automatisch neu anzupassen.


  > **Spitze**
  >
  > Halten Sie die Alt/Option-Taste gedrückt, um den Verbinder schnell mit der Maus frei zu formen.




- Wenn Sie „Bearbeiten“ benutzen, werden die Ränder des Verbinders an beiden Zähnen angezeigt. Sie können die Verbinder neu formen, indem Sie diese Ränder bearbeiten. Ähnlich wie bei der Bearbeitung

der Randlinie des Zahns, klicken Sie, um einen Punkt hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, um ihn zu löschen, und ziehen Sie die Punkte, um sie zu verschieben.


> **Spitze**
>
> Halten Sie die Strg-/Command-Taste gedrückt, um schnell kleinere Änderungen an den Rändern vorzunehmen.




- Wenn „Kleine Verbinder zulassen“ aktiviert ist, ignoriert das Programm den in den Parameter Einstellungen definierten Mindestquerschnitt. Stattdessen erstellt es Verbinder ausschließlich auf Grundlage der tatsächlichen Kontaktpunkte zwischen Nachbarzähne.



- Schalten Sie „Hinzufügen/Entfernen“ ein, um Verbinder zwischen allen angemeldeten Einheiten unabhängig von Formularinformationen zu verwalten. Auf diese Weise können Sie eine Brücke in einzelne Einheiten trennen oder einzelne Einheiten zu einer Brücke verbinden.




5. Wenn Sie an einem Kronenentwurf arbeiten, können Sie mit „Schraube/Griff“ Schraubenzugangslöcher oder Griffe hinzufügen.



- Beginnen Sie mit der Auswahl des Elements, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf „Automatisch einstellen“. Dadurch wird der Zylinder automatisch so platziert, dass ein Element an der optimalen Stelle entsteht - ein Griff auf der lingualen Seite und ein Loch in der Mitte. Stellen Sie dann den Radius und die Höhe des Zylinders unten ein und klicken Sie auf „Hinzufügen“.


> **Spitze**
>
> Der Zylinder zur Erstellung eines Elements kann auch manuell mit einem Doppelklick an der von Ihnen gewählten Stelle platziert werden.




⚠ Vorsicht

Stellen Sie sicher, dass die Schraube/der Griff nicht in einem funktional wichtigen Bereich der Restauration positioniert ist.

- Sie können den Zylinder auch schnell mit einem „Verschieben“-Werkzeug verschieben und seine Richtung ändern, indem Sie die Daten rotieren und dann mit „Zu Ihnen hin einstellen“ auf Ihre Ansicht einstellen.



6. Überprüfen Sie anschließend die inneren und äußeren Parameter unter „Parameter Einstellungen“, bevor Sie Ihren Entwurf speichern. Sowohl die inneren als auch die äußeren Parameter können auf den entsprechenden Tabs angepasst werden.




⚠ Vorsicht

Falsche Parametereinstellungen können die Passung der Restauration beeinträchtigen; stellen Sie sicher, dass die Parameter korrekt eingestellt sind.

7. Bevor Sie speichern oder drucken, sollten Sie Ihre erstellten Restaurationen überprüfen. Wenn Sie die Innenfläche korrigieren müssen, aber die Arbeit an der Außenfläche beibehalten wollen, benutzen Sie die Funktion „Rand & Einfügepfad“ im Werkzeugkasten der Entwurfsprüfung, anstatt zurück zu gehen. Mit dieser Funktion kehren Sie zum Schritt der Erstellung der Randlinie zurück, während der Entwurf der

Außenfläche auch nach Änderungen intakt bleibt.



Hinweis

Wenn Sie Einzelkronen mit der Funktion „Automatische Erstellung“ erstellen, werden im Werkzeugkasten der Entwurfsprüfung zwei Funktionen bereitgestellt:

- Randlinie & Einfügepfad: Ermöglicht es Ihnen, die Randlinie und den Einfügepfad zu korrigieren, um die Innenfläche anzupassen, während der Entwurf der Außenfläche beibehalten wird.
- Anordnung der Zahndaten: Ermöglicht es Ihnen, die Positionierung von Bibliotheksdaten anzupassen, um die Außenfläche zu bearbeiten, während die Innenfläche erhalten bleibt.

Hinweis

Wenn in dem Medit Link-Fall Aufzeichnungen der Unterkieferbewegung verfügbar sind, können Sie mit der Funktion „Dynamische Okklusion“ im Werkzeugkasten zur Überprüfung des Designs die dynamische Okklusion simulieren und überprüfen.

8. Wenn alle Entwürfe fertig sind, können Sie sie entweder über „Vervollständigen“ im Medit Link-Fall speichern oder über „Drucken mit SprintRay“ mit dem SprintRay-Drucker drucken.



Kostenpflichtige Funktion

Das Speichern und Exportieren der vollständigen Restaurationsentwürfe als STL-Datei ist eine kostenpflichtige Funktion. Die Preise können je nach Besitzstatus und Standort Ihres Scanners variieren.
Weitere Einzelheiten zur Zahlung finden Sie im Medit Hilfe-Center oder klicken Sie **hier.**

⚠ **Vorsicht**

Sollten Sie Schwierigkeiten haben, sich mit der RayWare Cloud zu verbinden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise zur Fehlerbehebung:

- Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung
- Überprüfen Sie Ihre Anmeldedaten (Benutzername und Passwort)
- Überprüfen Sie Ihren Restaurationsentwurf

Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den SprintRay-Support.


Diagnostisches Wax-Up-Modul

Dieser Arbeitsablauf ist speziell für die schnelle und effiziente Erstellung diagnostisches Wax-Up konzipiert. Er ermöglicht es den Benutzern, die Außenfläche zukünftiger Restaurationen zu gestalten und diese anschließend zusammen mit den Kieferdaten zu drucken. Der gesamte Arbeitsablauf besteht nur aus zwei Schritten.


1. Dieses Modul ist nur verfügbar, wenn die Formularinformationen in Medit Link den richtigen Produkttyp angeben: Diagnostisches Wax-Up. Stellen Sie sicher, dass es allen Zähnen zugeordnet wird, die als Ziele für das Projekt vorgesehen sind. Speichern Sie dann das Formular und führen Sie Medit ClinicCAD aus.

   Spitze

   Sie können die App auch mit einem leeren Formular ausführen, werden jedoch beim Öffnen der App aufgefordert, dieses auszufüllen.




2. Im Dialogfeld Daten zuordnen wählen Sie „Diagnostisches Wax-Up“ und ordnen die Daten für mindestens einen Kiefer zu. Klicken Sie auf „Bestätigen“.



3. Nach dem Import der Daten gelangen Sie zum Schritt Anordnung der Zahndaten. Bevor Sie mit dem Wax-Up beginnen, überprüfen Sie Ihre Scandaten auf unnötiges Weichgewebe oder Fehlausrichtungen. Falls erforderlich, benutzen Sie die Modi „Datenausrichtung“ und „Datenbearbeitung“ in der unteren linken Ecke, um die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen.


> **Hinweis**
>
> Lesen Sie, wie Sie „Datenausrichtung“ und „Datenbearbeitung“ im Kapitel **Arbeitsablauf** dieses Handbuchs benutzen.



4. Sie können die Ziel-Restaurationen entweder mit den Daten der Zahnbibliothek erstellen oder, indem Sie einen Zahn aus den importierten Scandaten duplizieren.
   - Die Bibliotheksdaten werden automatisch für die ausgewählten Zähne angezeigt. Sie können die ausgewählte Bibliothek in der Bibliotheks-Werkzeugkasten auf der rechten Seite ändern.

     Hinweis


     Weitere Einzelheiten zur Verwaltung der verfügbaren Zahnbibliotheken finden Sie im Kapitel **Datenverwaltung** dieses Handbuchs.



   - Für die Duplizierung können Sie entweder die zu Beginn über das Dialogfeld „Daten zuordnen“ importierten Prä-Op-Daten oder andere Referenzscans benutzen, die Sie über „Zusätzliche Daten importieren“ in der seitlichen Symbolleiste laden. Mit letzterem können Sie zusätzliche Daten aus anderen Medit Link-Fällen oder lokal gespeicherte Daten importieren. Um die Daten zu duplizieren, benutzen Sie das Werkzeug „Kopieren/Spiegeln“. „Kopieren“ erstellt eine exakte Kopie eines gescannten Zahns, während „Spiegeln“ eine symmetrische Kopie erstellt. Beachten Sie, dass die kopierten oder gespiegelten Daten nur auf den einzelnen Zahn angewandt werden, der derzeit im Formular unten ausgewählt ist, so dass Sie die Bibliotheksdaten für andere Zähne beibehalten


können.

Beginnen Sie, indem Sie im Formular unten den Ziel-Zahn auswählen, und wählen Sie anschließend entweder die Option „Kopieren“ oder „Spiegeln“. Benutzen Sie anschließend die verfügbaren Auswahl-Werkzeuge, um die zu duplizierenden Daten zu definieren, und klicken Sie auf „Anwenden“.



5. Wenn Sie die Zahndaten für alle Ihre Ziel-Zähne zusammengestellt haben, passen Sie die Platzierung der Daten an, indem Sie die Werkzeuge „Positionierung“ benutzen. Sie können die Zahndaten verschieben, skalieren oder rotieren, um sicherzustellen, dass sie richtig positioniert sind. Stellen Sie sicher, dass die angeordneten Zahndaten nicht auf der Gingivaseite hervorstehen.
   - Benutzen Sie „Frei verschieben/skalieren“, wenn Sie die Datenbewegungen ohne Einschränkungen steuern möchten. Zum Verschieben von Daten benutzen Sie die Maus. Für andere Aktionen wie Rotieren und Skalieren überprüfen Sie die Tastenkombinationen unter dem Fragezeichen in dem Werkzeugkasten. Benutzen Sie den „3D Manipulator“, wenn Sie präzise oder kleine Anpassungen an der Positionierung der Daten vornehmen möchten. Mit dieser Funktion können Sie Daten


entlang der Achse steuern.




Hinweis

Benutzen Sie die Funktionen „Kontaktbereich mit Adjacents/Antagonisten“ in der seitlichen Symbolleiste, um die Datenpositionierung zu unterstützen.

6. Sobald alle Zahndaten angeordnet und positioniert sind, bilden Sie die Daten bei Bedarf aus.




7. Wenn alles erledigt ist, klicken Sie auf „Weiter“, um zum letzten Arbeitsablauf-Schritt zu gelangen.
8. Im letzten Schritt werden Ihre angeordneten Restaurationsdaten mit den Kieferdaten zu einem einzigen Datensatz zusammengeführt. Überprüfen Sie das kombinierte Mesh sorgfältig und nehmen Sie gegebenenfalls letzte Anpassungen in der Modellieren vor. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Vervollständigen“, um das Ergebnis im Medit Link-Fall zu speichern.



Modul Benutzerdefinierte Zahnbibliothek


Dieses Modul ermöglicht es den Benutzern, eigene benutzerdefinierte Zahnbibliotheken zu erstellen, die später für Restaurationen benutzt werden können. Benutzerdefinierte Bibliotheken können entweder aus gescannten Daten oder aus einem bestehenden Datensatz einzelner Zahndateien erstellt werden.

1. Beginnen Sie, indem Sie den Daten-Typ auswählen, den Sie für die Erstellung Ihrer benutzerdefinierten Bibliothek benutzen möchten—Scandaten oder einzelne Dateien – und bereiten Sie diese Daten entsprechend vor.
   - Scandaten: Präoperative Scandaten, die im entsprechenden Medit Link-Fall verfügbar sind.
   - Einzeldaten: Datensatz einzelner Zahndateien, die lokal verfügbar sind. Dateinamen müssen dem FDI- oder US-Nummerierungssystem folgen. Jedes Zahn-Mesh muss eine offene Basis (Unterseite offen) haben. Unterstützte Dateiformate sind STL, OBJ, PLY und meditMesh.



2. Im Dialog „Daten zuordnen“ wählen Sie „Benutzerdefinierte Zahnbibliothek“ und anschließend entweder „Scandaten“ oder „Einzeldateien“. Wenn Sie Daten aus einem Medit Link-Fall benutzen, ordnen Sie die Daten als Oberkiefer und Unterkiefer zu. Wenn Sie einzelne Dateien benutzen, wählen Sie aus, welches Zahnnumerierungssystem benutzt wurde, und importieren Sie alle verfügbaren Dateien über „Lokale Dateien importieren“.

From Scan Data **From Individual Files**



Bibliothek aus Scandaten


1. Sobald die Scandaten importiert sind, identifiziert und segmentiert die Anwendung automatisch jeden Zahn. Überprüfen Sie die Ergebnisse sorgfältig, um sicherzustellen, dass jede Zahnnummer korrekt zugeordnet und die entsprechenden Daten richtig ausgewählt wurden.
   Falls bei einem Zahn eine Korrektur erforderlich ist, wählen Sie seine Nummer im Formular unten aus und ordnen Sie seine Daten mit den verfügbaren Auswahl-Werkzeugen neu zu.



> **Hinweis**
>
> Falls erforderlich, benutzen Sie die Modi „Datenausrichtung“ und „Datenbearbeitung“ unten links, um die notwendigen Anpassungen an den Scandaten vorzunehmen. Lesen Sie, wie Sie „Datenausrichtung“ und „Datenbearbeitung“ im Kapitel Arbeitsablauf dieses Handbuchs benutzen.

2. Wenn alle Zähne korrekt ausgewählt sind, klicken Sie auf „Weiter“.
3. Ihre Zahnbibliothek wird im letzten Schritt erstellt. Überprüfen Sie die Daten, um festzustellen, ob Zähne neu positioniert oder einer Modellieren unterzogen werden müssen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Ziel-Zahn im untenstehenden Formular auswählen, bevor Sie seine Position anpassen oder ihn der Modellieren unterziehen. Sie können die Zähne außerdem entweder gemäß dem ursprünglichen Scan


oder entlang der Kieferkurve ausrichten.




4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Vervollständigen“, um die Bibliothek im Medit Link-Fall zu speichern.

Bibliothek aus einzelnen Dateien

1. Sobald die Dateien importiert sind, wird eine Übersicht mit den verfügbaren Zahndaten angezeigt. Bestätigen Sie, dass alle gewünschten Zähne importiert wurden. Falls Sie die Daten erneut hochladen müssen, klicken Sie oben auf „Zurücksetzen“.



2. Sie gelangen anschließend zum letzten Schritt, in dem Sie die importierten Daten neu positionieren und modellieren, deren Ausrichtung anpassen sowie die Zahnbasis durch Verlängerung bearbeiten können.



Hinweis

Benutzen Sie die Funktion „Verlängern“, um die Basis aller Zahndaten zu erweitern. Jeder Klick fügt etwa 3–4 mm hinzu. Eine längere Basis kann erforderlich sein, wenn die Bibliothek in Fällen mit ausgeprägtem Zahnfleischrückgang benutzt wird.


3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Vervollständigen“, um die Bibliothek im Medit Link-Fall zu speichern.

Flipper (temporäre Restauration mit Zwischenglied)


Dieser Arbeitsablauf ist für das schnelle und einfache Design einer temporären Restauration mit einem Zwischenglied als Kernelement vorgesehen (bezeichnet als Flipper). Sowohl das Zwischenglied als auch die unterstützende Basis werden in diesem Prozess designt. Der Arbeitsablauf besteht aus vier Schritten: Anordnung der Zahndaten → Einfügepfad → Flipper-Basis → Endgültiges Design.

1. Um mit der Arbeit an einem Flipper zu beginnen, starten Sie die App aus einem Medit Link-Fall mit einem leeren Formular (Flipper werden in Medit Link nicht als eigenständiger Produkttyp unterstützt).
   Sobald die App geöffnet ist, können Sie das Formular innerhalb der App ausfüllen. Wählen Sie die Zahnnummer, die in ein Zwischenglied umgewandelt werden soll, und wählen Sie anschließend rechts „Flipper“ aus.

   > ⚠ **Vorsicht**
   >
   > Die empfohlene Anzahl an Zwischengliedern beträgt ein oder zwei, um ein präzises Design zu gewährleisten.




2. Nach dem Ausfüllen des Formulars wählen Sie das Modul „Flipper“ und ordnen die Scandaten zu. Klicken Sie auf „Bestätigen“, um die zugeordneten Daten zu importieren.




3. Zunächst gelangen Sie zum Schritt Anordnung der Zahndaten, in dem ein Zwischenglied positioniert wird. Überprüfen Sie vor Beginn des Designs die Scandaten auf unnötiges Weichgewebe oder Fehlstellungen. Falls erforderlich, benutzen Sie die Modi „Datenausrichtung“ und „Datenbearbeitung“ in der unteren linken Ecke, um die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen.

> **Hinweis**
>
> Lesen Sie, wie Sie „Datenausrichtung“ und „Datenbearbeitung“ im Kapitel **Arbeitsablauf** dieses Handbuchs benutzen.




4. Sie können die Ziel-Restaurationen entweder mit den Daten der Zahnbibliothek erstellen oder, indem Sie einen Zahn aus den importierten Scandaten duplizieren.
   - Die Bibliotheksdaten werden automatisch für die ausgewählten Zähne angezeigt. Sie können die ausgewählte Bibliothek in der Bibliotheks-Werkzeugkasten auf der rechten Seite ändern.

     > **Hinweis**
     >
     > Weitere Einzelheiten zur Verwaltung der verfügbaren Zahnbibliotheken finden Sie im Kapitel **Datenverwaltung** dieses Handbuchs.




   - Für die Duplizierung können Sie entweder die zu Beginn über das Dialogfeld „Daten zuordnen“ importierten Prä-Op-Daten oder andere Referenzscans benutzen, die Sie über „Zusätzliche Daten importieren“ in der seitlichen Symbolleiste laden. Mit letzterem können Sie zusätzliche Daten aus anderen Medit Link-Fällen oder lokal gespeicherte Daten importieren. Um die Daten zu duplizieren, benutzen Sie das Werkzeug „Kopieren/Spiegeln“. „Kopieren“ erstellt eine exakte Kopie eines gescannten Zahns, während „Spiegeln“ eine symmetrische Kopie erstellt. Beachten Sie, dass die kopierten oder gespiegelten Daten nur auf den einzelnen Zahn angewandt werden,

der derzeit im Formular unten ausgewählt ist, so dass Sie die Bibliotheksdaten für andere Zähne beibehalten können.
Beginnen Sie, indem Sie im Formular unten den Ziel-Zahn auswählen, und wählen Sie anschließend entweder die Option „Kopieren“ oder „Spiegeln“. Benutzen Sie anschließend die verfügbaren Auswahl-Werkzeuge, um die zu duplizierenden Daten zu definieren, und klicken Sie auf „Anwenden“.




5. Wenn Sie die Zahndaten für alle Ihre Ziel-Zähne zusammengestellt haben, passen Sie die Platzierung der Daten an, indem Sie die Werkzeuge „Positionierung“ benutzen. Sie können die Zahndaten verschieben, skalieren oder rotieren, um sicherzustellen, dass sie richtig positioniert sind. Stellen Sie sicher, dass die angeordneten Zahndaten nicht auf der Gingivaseite hervorstehen.
    - Benutzen Sie „Frei verschieben/skalieren“, wenn Sie die Datenbewegungen ohne Einschränkungen steuern möchten. Zum Verschieben von Daten benutzen Sie die Maus. Für andere Aktionen wie Rotieren und Skalieren überprüfen Sie die Tastenkombinationen unter dem Fragezeichen in dem Werkzeugkasten. Benutzen Sie den „3D Manipulator“, wenn Sie präzise oder kleine Anpassungen an der Positionierung der Daten vornehmen möchten. Mit dieser

Funktion können Sie Daten entlang der Achse steuern.




6. Sobald alle Zahndaten angeordnet und positioniert sind, klicken Sie auf „Weiter“.
7. Ziehen Sie im Schritt „Einfügepfad“ den Pfeil für die Einfügepfad, um seine Standardposition anzupassen. Prüfen Sie die verfügbaren Ausblock-Einstellungen und passen Sie sie bei Bedarf an, um eine korrekte Passung der finalen Restauration sicherzustellen. Sie können außerdem den Käppchen-Abstand und die Retentionswerte festlegen. Klicken Sie auf „Weiter“, wenn Sie fortfahren

möchten.




8. Im Schritt „Flipper-Basis“ wird automatisch eine Basiskontur erstellt. Sie können sie mit dem Werkzeug „Bearbeiten“ anpassen. Wenn die automatisch erstellte Kontur nicht zufriedenstellend ist oder nicht erstellt wurde, können Sie sie mit dem Werkzeug „Manuelle Erstellung“ manuell zeichnen.




9. Als Nächstes passen Sie die Dicke der Flipper-Basis an. Klicken Sie auf „Anwenden“, um die ausgewählten Werte anzuwenden und die Basis zu generieren. Wenn Sie bereit sind, fahren Sie mit


dem letzten Schritt fort.



10. Im letzten Schritt des Arbeitsablaufs können Sie das finale Flipper-Design prüfen. Benutzen Sie „Bildhauerei“, um die Oberflächen zu verfeinern, und benutzen Sie die Anpassung Werkzeuge, um das Zwischenglied in Bezug auf Nachbarzähne und Antagonisten anzupassen.




11. Es gibt zwei Optionen für den Export des finalen Flipper-Designs:
    - Zusammengeführt: Zwischenglied und Basis als eine einzelne kombinierte Datei (ein Mesh) exportieren




**Die zusammengeführte Datei wird nach dem Export einfarbig angezeigt.*

- Getrennt: als zwei separate Dateien (zwei Meshes) exportieren



12. Je nach ausgewählter Option können Sie die Flipper-Einstellungen anpassen, einschließlich Käppchen, Taschenbasis des Zwischenglieds und Mindestdicke. (Taschenеinstellungen sind beim

Export eines zusammengeführten Designs nicht verfügbar.)



13. Benutzen Sie „Vorschau“, um das fertige Design vor dem Speichern des Projekts in Medit Link noch einmal zu überprüfen.

Anhang

Entwurf eines zervikales Inlay


In Medit ClinicCAD können Benutzer Inlays für die Behandlung zervikaler Abrasionen erstellen; wir bezeichnen sie als „Zervikales Inlays“.

Tipp

Es gibt mehrere Gründe, warum Inlays vorteilhafter sein können als Kunststofffüllungen:

- sicherere Verbindung in Bereichen mit umfangreichem zervikalem Verlust
- weniger Verfärbungen im Laufe der Zeit
- haltbarer als herkömmliche Füllungen
- einfachere und kürzere Behandlungsdauer

Der endgültiger Entwurf für ein zervikales Inlay besteht aus drei Komponenten: einem Inlay, einer Einstellungshilfe und einem Griff der Einstellungshilfe.



Die Einstellungshilfe und der Griff sind so konzipiert, dass sie das Einsetzen der Restauration unterstützen und danach leicht entfernt werden können. Die Einstellungshilfe ist ein obligatorisches Element, das automatisch etwa 1 bis 2 mm vom Abrasionsbereich entfernt erstellt wird. Bei Bedarf kann der Benutzer


den Rand der Schablone bearbeiten. Der Griff der Einstellungshilfe ist optional und kann im letzten Schritt hinzugefügt werden.

Der Arbeitsablauf für das zervikales Inlay umfasst nur 2 Schritte: **Rand & Einfügepfad → Endgültiger Entwurf.**

1. Um zu beginnen, melden Sie Ihr Inlay im Medit Link-Formular als „Versetzte Unterstruktur“ an. Starten Sie dann die Anwendung und wählen Sie das Präparierte Datenmodul aus.




2. Im ersten Schritt zeichnen Sie einen Rand für das Inlay, indem Sie das Werkzeug „Automatische Erstellung“ oder „Manuelle Erstellung“ benutzen.
   Bei der „Automatische Erstellung“ wird ein Rand auf der Grundlage eines angeklickten Punktes gezeichnet; bei der „ Manuelle Erstellung“ wird ein Rand auf der Grundlage mehrerer Punkte gezeichnet.




3. Der Einstellungshilfe Rand wird automatisch erstellt.
   Wenn die automatische Erstellung fehlschlägt, zeichnen Sie den Einstellungshilfe Rand manuell, wobei Sie etwa 1 oder 2 mm zwischen den beiden Punkten lassen.

> ⚠ **Vorsicht**

Die mm-Werte in diesem Dokument sind empfohlene Designparameter und keine Messausgaben der Software.




a. Falls erforderlich, bearbeiten Sie die erstellten Ränder mit dem Werkzeug „Bearbeiten“. Benutzen Sie die anderen zur Verfügung stehenden Randlinien-Werkzeuge, um einen präziseren Rand zu erstellen.




Tipp

Halten Sie bei der Bearbeitung die Strg-/Command-Taste gedrückt und ziehen Sie die Maus, um kleinere Freihandkorrekturen schnell vorzunehmen.


4. Nachdem die Ränder erstellt wurden, wird der Einfügepfad-Pfeil angezeigt. Stellen Sie ihn so ein, dass er zu Ihnen zeigt, indem Sie ihn mit der Maus ziehen, und klicken Sie auf „Weiter“.




a. Alternativ können Sie die 3D-Daten auch rotieren und unten auf „Pfeil auf Ihren Blickpunkt setzen“ klicken.




5. Im nächsten Schritt können Sie den Griff anbringen, der den Halt des Inlay-Entwurfs beim Setzen unterstützt. Schalten Sie dazu rechts die Option „Griff der Einstellungshilfe“ ein.
   Oder Sie können den Griff später in Ihrer Druckersoftware durch Stützen ersetzen.



6. Klicken Sie auf „Vervollständigen“, um den Export Ihres Entwurfs zu bezahlen und ihn in Medit Link zu speichern. Die App wird mit Ihnen die Erstellung des Griffs überprüfen.



7. Wenn Sie einen SprintRay 3D-Drucker haben, können Sie Ihren Restaurationsentwurf aus diesem Schritt direkt in die RayWare Cloud übertragen. Benutzen Sie dazu die Option „Drucken mit SprintRay“ am unteren Rand und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie müssen bereits über ein RayWare Cloud-Konto verfügen, um diese Funktion zu benutzen, und für den Entwurf bezahlen, bevor Sie mit dem Drucken fortfahren können.



⚠ Vorsicht

Sollten Sie Schwierigkeiten haben, sich mit der RayWare Cloud zu verbinden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise zur Fehlerbehebung:

- Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung
- Überprüfen Sie Ihre Anmeldedaten (Benutzername und Passwort)
- Überprüfen Sie Ihren Restaurationsentwurf

Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den SprintRay-Support.

Empfohlene Spezifikationen für 3D-Drucker

Diese Software und dieser Workflow wurden auf Basis eines 3D-Druckers mit den folgenden Leistungsmerkmalen validiert:

- Druckertyp: 405 nm DLP 3D-Drucker
- XY-Auflösung: ca. 95 µm oder weniger
- Schichtdicke: einstellbar im Bereich von 50–170 µm
- Maßgenauigkeit: ca. 130 µm (Referenzwert: 129 ± 16 µm)
- Unterstützte Dateiformate: STL, OBJ, SPR

Jeder 3D-Drucker mit Leistungsmerkmalen, die den oben genannten entsprechen oder diese übertreffen, kann eine ähnliche Leistung wie das Pro95S erbringen, ein vom Hersteller validiertes Gerät.

Wenn Sie einen anderen 3D-Drucker benutzen, überprüfen Sie, ob das Gerät die oben genannten Anforderungen erfüllt. Kontaktieren Sie bei Bedarf den Hersteller oder führen Sie eine eigene Bewertung der Druckqualität durch.

Liste der validierten CAM-Geräte

Die Liste der validierten CAM-Geräte und die entsprechenden Parametereinstellungen können auf Grundlage der Hersteller-Verifikationsergebnisse aktualisiert werden. Bitte besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie den Kundensupport, um die aktuellsten Informationen zu erhalten.

Unternehmensname	Produktname	Druckertyp	Materialtyp*	Parametereinstellungen
SprintRay Inc.	Pro 95S	405 nm DLP 3D-Drucker	Keramikkrone	Min. Dicke 0,5 mm; Zement-Dicke 0,11 mm; Zementbeginn bei 0,8 mm; Randbreite 0,1 mm

**Dieser Arbeitsablauf wurde auf Basis von Dentalharzen validiert, die vom Hersteller als für dentale Anwendungen ausgewiesen sind, sowie von Materialien, die gemäß der Gebrauchsanweisung (IFU) des Harzherstellers benutzt werden. Wenn andere Materialien benutzt werden, muss der Benutzer eigenständig bewerten, ob diese die oben genannten Leistungsanforderungen erfüllen und klinisch geeignet sind.*

Hinweis zur Meldung schwerwiegender Vorkommnisse

Der Benutzer und/oder der Patient sollte alle schwerwiegenden Vorkommnisse, die im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt aufgetreten sind, dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats melden, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist.

Meldung an den Hersteller unter:

Telefon: +82-02-2193-9600

Website: www.medit.com

E-Mail: support@medit.com

Meldung an die zuständige Behörde vor Ort unter:

FDA MAUDE http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfMAUDE/search.CFM https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRES/res.cfm
MHRA (Medicines & Healthcare products Regulatory Agency): Medizinproduktewarnung https://www.gov.uk/drug-device-alerts
BfArM : Medizinproduktewarnung https://www.bfarm.de/SiteGlobals/Forms/Suche/EN/kundeninfo_Filtersuche_Formular_en.html
MFDS (Ministry of Food and Drug Safety): Medizinproduktewarnung http://www.mfds.go.kr/brd/m_548/list.do https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRES/res.cfm
European_EUDAMED https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-device
Australia https://apps.tga.gov.au/prod/mdir/mdirsummary.aspx?sid=new
Canada https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/adverse-reaction-reporting.html
Brazil

https://notivisa.anvisa.gov.br/frmLogin.asp
Japan https://www.estrigw.pmda.go.jp/Iryo/Login/Index?ReturnUrl=%2fIryo
Taiwan https://qms.fda.gov.tw/tcbw/main/ap/index.jsp
Switzerland https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home/medical-devices/reporting-incidents---fscas/users---operators.html

Fehler- und Warnmeldungen

Titel	Meldung
Informationen	Wenn Sie diese Änderungen anwenden, gehen die vorherigen Ergebnisse verloren.
Informationen	Sie können die Anpassung nicht über die Innenfläche der Restauration hinaus durchführen. Passen Sie den Anpassungsabstand an oder Bildhauerei der Restauration und versuchen Sie es erneut.
Informationen	Die Restauration konnte nicht an die Nachbarzähne angepasst werden. Benutzen Sie Bildhauerei-Werkzeuge, um an den mesialen/distalen Seiten mehr Material hinzuzufügen.
Informationen	„Intelligente Anpassung“ konnte nicht ausgeführt werden. Es gibt entweder keine überlappenden Bereiche oder keine Nachbarzähne. Kehren Sie in den Schnell-Modus zurück und benutzen Sie die Bildhauerei-Werkzeuge, um mehr Material auf der okklusalen Oberfläche und den mesialen/distalen Seiten hinzuzufügen.
Warnung	Wenn Sie diese Funktion benutzen, wird Ihr Arbeitsfortschritt an den Restaurationen zurückgesetzt. Möchten Sie trotzdem fortfahren?
Informationen	Wenn Sie diesen Bereich ändern, wird Ihr aktueller Arbeitsfortschritt an diesem Zahn zurückgesetzt. Möchten Sie trotzdem fortfahren?
Informationen	Ihre aktuellen Parametereinstellungen geben eine Fräswerkzeuggröße vor. Wenn Sie Ihre Restauration fräsen wollen, benötigen Sie möglicherweise eine Konstruktionsinfo-Datei. Möchten Sie diese Datei beim Speichern des endgültige Gestaltung einbeziehen?
Informationen	Die folgenden Verbinder konnten nicht erstellt werden: #2-3.

Titel	Meldung
Warnung	Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen setzen Ihren Arbeitsfortschritt bei den Restaurationen zurück. Klicken Sie auf „Bestätigen“, um die Änderungen zu anwenden und mit den überarbeiteten Informationen fortzufahren.
Warnung	Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen setzen Ihren Arbeitsfortschritt bei den Restaurationen zurück. Klicken Sie auf „Bestätigen“, um die Änderungen zu anwenden und den überarbeiteten Rand und Einfügepfad zu benutzen.
Vorsicht	Das Kronen-Design kann sich verformen, wenn der Verbinder auf die linguale oder faziale Seite erweitert wird. Möchten Sie trotzdem fortfahren?
Warnung	Die aktuelle Ausrichtung kann zu Problemen bei der Gestaltung von Restaurationen führen. Möchten Sie trotzdem fortfahren?
Informationen	Keine überlappenden Bereiche zu entfernen.
Informationen	Sie können nicht anpassen, wenn die Mindestdicke nicht eingehalten werden kann. Versuchen Sie, einen kleineren Wert für den Anpassungsabstand einzustellen.
Anpassung fehlgeschlagen	Aufgrund der sehr kleinen Kontaktfläche kann die Restauration nicht an die Antagonisten angepasst werden. Benutzen Sie die Bildhauerei-Werkzeuge, um mehr Material auf der grün markierten okklusalen Oberfläche hinzuzufügen.
Informationen	Keine überlappenden Bereiche zu entfernen.
Warnung	Die Ergebnisse der neuesten Änderungen gehen verloren, wenn Sie die Verbinder wechseln.
Informationen	Die Querschnittsfläche einiger Verbinder liegt unter dem festgelegten Minimum. Ändern Sie die orangefarbenen Verbinder oder bearbeiten Sie den Mindestwert in den Parameter Einstellungen.

Titel	Meldung
Warnung	Wenn Sie die Verbinder bearbeiten, gehen die Schraubenlöcher und Griffe, die Sie hinzugefügt haben, verloren.
Vorsicht	Das Kronen-Design kann sich verformen, wenn der Verbinder auf die linguale oder faziale Seite erweitert wird. Möchten Sie trotzdem fortfahren?
Informationen	Die folgenden Verbinder konnten nicht erstellt werden: #2-3.
Informationen	Die Außenfläche der Restauration konnte nicht erstellt werden. Wählen Sie den Zahn erneut aus und versuchen Sie es erneut.
Informationen	Die automatische Erstellung einer Randlinie für die Einstellungshilfe ist fehlgeschlagen. Zeichnen Sie sie manuell und lassen Sie dabei etwa 1 oder 2 mm zwischen der Einstellungshilfe und dem Abrasionsbereich.
Informationen	„Automatisch einstellen“ wird für Inlays, Onlays und Veneers nicht unterstützt. Bei Bedarf können Sie ein Element manuell mit einem Doppelklick auf diese Restaurationen setzen.
Vorsicht	Sie können ein neues Element nicht platzieren, wenn es das vorhandene überlappt. Versuchen Sie, es mit einem Doppelklick in der Nähe zu platzieren.
Warnung	Wenn Sie das Element ändern, bevor Sie auf „Hinzufügen“ klicken, geht Ihre gesamte bisherige Arbeit verloren. Möchten Sie trotzdem fortfahren?
Informationen	Das ausgewählte Element konnte hier nicht hinzugefügt werden. Platzieren Sie es an einer anderen Stelle und versuchen Sie es erneut.
Datenausrichtungsfehler	Das Programm war nicht in der Lage, die Daten automatisch an der Okklusionsebene auszurichten. Richten Sie die Daten bitte manuell aus.
Warnung	Die aktuelle Ausrichtung kann zu Problemen bei der Gestaltung von Restaurationen führen.

Titel	Meldung
	Möchten Sie trotzdem fortfahren?
Informationen	Die folgenden Verbinder konnten nicht erstellt werden: #2-3.
Informationen	Bitte wählen Sie einen Zahn und einen Produkt-Typ, um fortzufahren.
Informationen	Nicht alle registrierten Produkte können mit Medit ClinicCAD entworfen werden. Die App wird nur unter Berücksichtigung der unterstützten Produkttypen ausgeführt.
Informationen	Die zugeordneten Daten können aufgrund ihrer Qualität nicht benutzt werden. Versuchen Sie erneut zu scannen oder andere Daten zuzuordnen.
Warnung	Wenn Sie diese Funktion benutzen, wird Ihr Arbeitsfortschritt an den Restaurationen zurückgesetzt. Möchten Sie trotzdem fortfahren?
Warnung	Wenn Sie diesen Bereich ändern, wird Ihr aktueller Arbeitsfortschritt an diesem Zahn zurückgesetzt. Möchten Sie trotzdem fortfahren?
Informationen	Der Bereich scheint nicht richtig ausgewählt zu sein. Bitte versuchen Sie es erneut.
Informationen	„Voreinstellung Verwaltung“ wird von Ihrer aktuellen Medit Link Version nicht unterstützt oder ist aufgrund einer Serverunterbrechung nicht verfügbar. Ziehen Sie die folgenden Lösungen in Betracht: • Aktualisierung von Medit Link auf 3.1.4 oder eine neuere Version. • Erneutes Ausführen der App nach dem Wechseln in den Online-Modus in Medit Link.
Download fehlgeschlagen	Wir konnten keine Verbindung zum Server herstellen. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Informationen	Die Parameterwerte wurden geändert und stimmen nicht mehr mit der gewählten

Titel	Meldung
	Voreinstellung überein. Möchten Sie die Werte der ausgewählten Voreinstellung überschreiben?
Informationen	Der Bereich scheint nicht richtig ausgewählt zu sein. Bitte versuchen Sie es erneut.
Warnung	Der Verbinder konnte nicht erstellt werden.
Warnung	Der Verbinder konnte nicht erstellt werden.
Warnung	Es konnten keine Restaurationen für die folgenden Zähne erstellt werden: #2, #3. Probieren Sie eine der folgenden Lösungen aus: • die Randlinie anpassen • erneute Auswahl der Zähne (Prä-Op-Datenmodul) • die Positionierung der Bibliotheksdaten anpassen (Präparierte Daten-Modul)
Informationen	Sie können keine Brücke mit Inlays, Onlays, Veneers oder zervikalen Inlays erstellen. Die App behandelt diese Produkte als ein einzelnes Produkt restaurationen.
Warnung	Wenn Sie das Element ändern, bevor Sie auf „Hinzufügen“ klicken, geht Ihre gesamte bisherige Arbeit verloren. Möchten Sie trotzdem fortfahren?
Informationen	Ihre Anfrage wurde eingereicht.
Informationen	Bitte wählen Sie einen Zahn und einen Produkt-Typ, um fortzufahren.
Warnung	Wenn Sie diese Funktion benutzen, wird Ihr Arbeitsfortschritt an den Restaurationen zurückgesetzt. Möchten Sie trotzdem fortfahren?

Bevollmächtigter Vertreter

Die Kontaktinformationen der bevollmächtigten Vertreter des Herstellers finden Sie unten.

Australia	**Sponsor:** LC & Partners Pty Ltd Level 25, 100 Mount Street, North Sydney, NSW, 2060 Australia
Taiwan	**Taiwan Medical Device License Holder:** 產品名稱：“美迪特” 電腦輔助贋復物設計軟體 (未滅菌) 許可證字號：衛部醫器輸壹登字第a00333號 軟體版本：詳見軟體內版本資訊 製造業者名稱：Medit Corp. 製造業者地址：9F,10F,13F,14F,16F 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07207, Republic of Korea 醫療器材商名稱：邵博士顧問有限公司 醫療器材商地址：新北市淡水區中正東路二段27號5樓
Brazil	**Registrierungsinhaber in Brasilien** Notificação ANVISA nº: 81118630060 Responsável Técnica : Caroline Santi Picasso - CRQ IV n°04497421/ SP Detentor da Notificação : Optme Importação e Exportação Des Produtos LTDA Av. Presidente Vargas n° 2121, sala 1309, bairro Jardim América CEP: 14.020-260 Ribeirão Preto / SP - Brazil CNPJ: 19.739.452/0001-18 Tel.: +55 1634422000

eIFU download link:
https://support.medit.com/hc/en-us/articles/53571022051737-Medit-Apps-PDF

Medit webpage:
https://www.medit.com

Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207, Republic of Korea
Tel: +82-2-2193-9600

Contact for Product Support
Email: support@medit.com
Tel: +82-2-2193-9600

Powered by Document360