MEDIT LINK EXPRESS



ME-UG-702N
Revision 7 (27.10.2026)
SW version 1.1.6

Table of contents

Medit Link Express

Introducción 5
Medit Link Express 5
Uso previsto 5
Contraindicaciones 5
Cualificación del usuario operativo 5
Símbolos 6
Vista general 7
Requisitos del sistema e instalación 9
Requisitos del sistema recomendados 9
iPad 9
Mac 9
Instalar aplicación 10
Configuración 11

Medit Link Express > Empezar

Registrarse e iniciar/cerrar sesión 17
Registrarse 17
Iniciar sesión/Cerrar sesión 20
Configuración del escáner 22
Conexión del escáner 22
Conexión wireless (directa) 22
Conexión wireless (concentrador) 28
Conexión USB 32
Calibración del escáner 32
Cómo calibrar 33
Estado del escáner 37
Administrar la conexión del escáner 39
Comprobación de red 39

Medit Link Express > Flujo de trabajo

Guía rápida 43
Express Scan: escanear primero, añadir después 43
Escaneo de tratamiento 49

Paso 1: Conectar y calibrar el escáner 50
Paso 2: Seleccionar paciente 50
Paso 3: Seleccionar flujo de trabajo 51
Paso 4: Seleccionar dientes o mandíbula – Restauración y Escaneo de implantes 52
Paso 4: Seleccionar dientes o arcada – Escaneo ortodóntico 54
Usando un Express Scan existente 54
Paso 5: Escanear y revisar 55
Paso 6: Pedido 56
Paso 7: Gestionar pedidos 58
Gestionar pacientes 61
Añadiendo un paciente 61
Editando y eliminando de información del paciente 62
Gestionando casos 64
Estado del caso 64
Visualización y gestión de datos de casos 65
Visualizando datos 66
Añadiendo y visualizando archivos adjuntos 66
Sincronizando archivos 67
Apertura de casos en aplicaciones web 67
Gestionar pedidos 69
Pedido de casos 69
Lista de selección 72
Comprobación de los casos pedidos 79
Gestión de pedidos 80
Flujos de trabajo 83
Default Workflows 83
Flujos de trabajo personalizados 84
Etapas de escaneo y herramientas 88
Etapas de escaneo 88
Herramientas – Edición 88
Recortar 88
Bloquear Área 89
Análisis de Áreas Socavadas 90
Herramientas – Alineación manual 90
Herramientas – Modos de visualización 91

Herramientas – Visualización en cuadrícula 91
Herramientas – Revisión de escaneo inteligente 92
Herramientas – Cámara HD 93

Medit Link Express

Información del fabricante 95

Introducción

Medit Link Express

Diseñado a medida para Medit i900 Series (i900, i900M e i900c), Medit Link Express es una versión optimizada de la aplicación Medit Link que integra las funcionalidades principales de Medit Scan for Clinics. Esta solución ideal para clínicas permite a los profesionales dentales realizar escaneos digitales de alta calidad con una complejidad mínima.
En esta guía, "tocar" se refiere a seleccionar un elemento en la pantalla. En macOS, esto incluye las acciones realizadas con un mouse o un panel táctil.

Uso previsto

Medit Link Express es un software que controla un escáner 3D intraoral destinado a registrar digitalmente las características topográficas de los dientes y los tejidos circundantes. Genera escaneos 3D para su uso en el diseño y la fabricación asistidos por computadora de restauraciones dentales. También permite que las clínicas dentales soliciten y gestionen los datos obtenidos con escáneres intraorales.

Contraindicaciones

Medit Link Express no está destinado a adquirir imágenes de la estructura interna de los dientes ni de las estructuras óseas de soporte.

Cualificación del usuario operativo

Medit Link Express debe ser utilizado por profesionales dentales capacitados. El usuario es responsable de determinar la idoneidad del escáner para un caso de paciente en particular y de garantizar la exactitud, la integridad y la adecuación de todos los datos obtenidos. El usuario debe verificar la exactitud y la adecuación de los resultados para el tratamiento adecuado. El sistema debe operarse de acuerdo con la guía del usuario y las advertencias. No se permiten modificaciones ni cambios no autorizados del sistema, y el uso o manejo inadecuado anulará cualquier garantía. Para obtener más información sobre el uso adecuado del sistema, comuníquese con su distribuidor local.

Símbolos

Núm.	Símbolo	Descripción
1		Lea la guía de usuario
2		Consulte la guía del usuario
3		Precaución
4		Aviso
5		Uso con receta (EE. UU.)
6		Datos de la versión del software
7		Fabricante
8		Nota

Vista general

Medit Link Express ofrece una interfaz simplificada que permite a las clínicas comenzar a escanear y gestionar casos con mayor eficiencia. El panel reúne todas las funciones esenciales en un solo lugar — desde búsquedas rápidas de pacientes y flujos de trabajo de escaneo optimizados, hasta la gestión de pacientes y el seguimiento de pedidos.



1	Configurar ahora	Complete la configuración inicial introduciendo los detalles de la clínica y calibrando el escáner antes de su uso.
2	Buscar	Encuentre rápidamente a los pacientes en el sistema por nombre o ID.
3	Express Scan	Iniciar escaneo rápido para consulta de pacientes.
4	Escaneo de tratamiento	Comience a escanear para el tratamiento y la realización de pedidos.
5	Gestionar pacientes	Revise y gestione la información de los pacientes con facilidad.
6	Gestionar pedidos	Rastrea y gestiona tus pedidos de un vistazo.
7	Perfil de usuario	Acceda y actualice la información de su cuenta.
8	Notificaciones	Consulta las alertas y los mensajes importantes del sistema.

9	Configuración	Personalice la configuración de la aplicación, incluida la configuración del escáner y las preferencias del usuario.
10	Administrador de Escáner	Encuentra, conecta y gestiona tu escáner.
11	Estado del escáner	Verifique el estado de conectividad y calibración de su escáner.
12	Escaneos incompletos	Reanude o elimine los escaneos no finalizados si un escaneo se interrumpió, por ejemplo, cuando la aplicación se cerró inesperadamente. Esta opción aparece solo cuando hay escaneos incompletos disponibles.



Requisitos del sistema e instalación

Requisitos del sistema recomendados

iPad

Dispositivo	iPad Pro de 7. ª generación o posterior
Chip	Apple M4 o posterior
CPU	CPU de 10 núcleos o superior
GPU	gPU de 10 núcleos o superior
Memoria	16 GB o superior
Almacenamiento	1 TB o superior
SO	iPadOS 26.0 o posterior

Mac

Chip	Apple M3 o posterior
CPU	CPU de 8 núcleos o superior
GPU	gPU de 10 núcleos o superior
Memoria	24 GB o superior
SO	macOS 15.0 (Sequoia) o posterior

Instalar aplicación

Instale la app Medit Link Express desde el App Store de Apple.

Configuración

Para abrir **Configuración**, seleccione el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio.



Para obtener detalles sobre la configuración y funciones disponibles, consulte la tabla a continuación:

> **🔎Nota**
>
> Algunas configuraciones solo están disponibles cuando hay un escáner conectado.

Pestaña	Etiqueta	Observaciones
Ajustes generales	Idioma	Sigue la configuración del sistema del iPad. Al tocar esta opción se abre la configuración de idioma del iPad.
	Sistema de numeración de dientes	Establece el sistema de numeración dental (**US** o **FDI**).
	Enviar Estadísticas de Uso Anónimas	Permite enviar estadísticas de uso anónimas a Medit. **Recopilación de estadísticas anónimas** Medit recopila datos de diagnóstico y de uso anónimos, incluidos el tipo de dispositivo, la versión de iOS y el rendimiento de la app. Esto nos ayuda a mejorar la estabilidad del producto y la experiencia del usuario en futuras versiones. No recopilamos datos personales (como su nombre, información de contacto o detalles del proyecto), y nunca intentaremos identificarlo a partir de esta información.
	Borrar caché	Borra los datos en caché almacenados en el dispositivo para liberar espacio.
Información del escáner	Estado del escáner	Muestra el estado actual del escáner. Para obtener más información, consulta Empezar > Configuración del escáner > Estado del escáner.
	Última calibración	Muestra la fecha y hora de la calibración más reciente.
	Intervalo de calibración	Define la frecuencia con la que el escáner requiere calibración. Puede elegir entre 30, 60, 90, 180 o 365 días.

Pestaña	Etiqueta	Observaciones
		
	Calibrar ahora	Inicia la calibración inmediatamente. Para obtener más información, consulta *Empezar > Configuración del escáner > Calibración del escáner*.
	Garantía expira el	Muestra la fecha de vencimiento de la garantía del escáner.
	Modelo (Número de serie)	Muestra el modelo del escáner y el número de serie.
	Información de la batería	Muestra el estado de la batería y detalles clave como los ciclos de carga, el voltaje, la temperatura y el nivel de batería restante.
Configuración del escáner	Iniciar el escaneo automático	El programa comienza a escanear automáticamente cuando ingresa a las etapas de escaneo, sin tener que realizar ninguna acción para iniciar el escaneo.
	Mostrar flechas inteligentes al detener el escaneo	Muestra flechas inteligentes cuando la adquisición de datos es insuficiente.
	Color de la luz	Configura el color de la luz LED del escáner (**Azul** o **Blanco**).
	Notificación de la temperatura mínima del escáner	Habilita notificaciones cuando la temperatura del escáner cae por debajo del umbral mínimo.
	Activar UV automáticamente	Permite que la luz UV se encienda automáticamente cuando el escáner está conectado o se detiene el escaneo.
	Duración de la UV (minutos)	Establece la duración para la opción **Encender UV automáticamente**. Puede elegir entre 1, 3, 5, 10 o 30 minutos. 
	Encender la retroalimentación con vibración durante el escaneo	Proporciona retroalimentación por vibración cuando se detecta desalineación durante el escaneo.
	Modo antiempañe	Establece el modo del ventilador para evitar el empañamiento del espejo a bajas temperaturas. Opciones: **Silencioso** o **Acelerador**.

Pestaña	Etiqueta	Observaciones
	Modo de escaneo	Establece el modo de escaneo. Puedes elegir entre **Estable**, **Automático** o **Rendimiento**.
	Modo FPS adaptativo	Ajusta automáticamente la velocidad de fotogramas de escaneo (FPS) para mantener un rendimiento fluido y estable. Cuando está deshabilitado, pueden ocurrir fluctuaciones de FPS.
	Utiliza la estabilización de imagen	Permite la estabilización automática de la imagen durante el escaneo para obtener imágenes más nítidas y estables.
	Búsqueda avanzada en la red	Amplía la búsqueda a un rango de red más amplio para encontrar escáneres que no se detectan automáticamente.
	Retroalimentación de audio	Proporciona información sonora para indicar el estado del escáner.
	Acciones mediante botones y toques	**i900 Mobility & i900 classic** Establece las acciones para pulsaciones simples, dobles y largas del botón Escanear. Las opciones disponibles incluyen **Iniciar/Detener escaneo**, **Siguiente etapa**, **Etapa anterior**, ***Control del cursor (Air Mouse)** y **Ninguno**.  **i900** Establece las acciones para los gestos táctiles y el botón de menú. Pulsa un elemento para seleccionar una acción de la lista. Las acciones disponibles pueden variar según el gesto.  ***Control del cursor (Air Mouse)** El control del cursor (Air Mouse) te permite mover el cursor moviendo el escáner, sin tocar la pantalla. Se puede asignar a las siguientes acciones,

Pestaña	Etiqueta	Observaciones
		dependiendo del modelo: • **i900 classic:** - Doble pulsación • **i900** - Panel táctil - Doble toque - Botón de menú - Pulsación larga
	Tiempo de espera para dormir	Establece el tiempo de inactividad antes de que el escáner entre en modo de suspensión. Puedes elegir entre 3, 5, 10 o 15 minutos, o desactivar el modo de suspensión.
	Apagado automático (después del modo de suspensión)	Establece el tiempo que transcurre antes de que el escáner se apague automáticamente después de entrar en modo de suspensión. Puedes elegir entre 1, 10, 15 o 30 minutos, o 1 hora.
Configuración de escaneo avanzada	Para obtener opciones de escaneo avanzadas, consulta Rendimiento del escaneo y posprocesamiento en Configuración de la Guía del usuario de Medit Scan for Clinics.	
Datos & almacenamiento	Carga automática de datos sin procesar	Carga automáticamente a la nube los datos de escaneo sin procesar. Esto permite realizar copias de seguridad de los datos originales y posibilita el escaneo sin problemas en otro dispositivo utilizando la misma cuenta de Medit Link Express.
	Almacenamiento local	Muestra la cantidad de datos de escaneo almacenados en el dispositivo, incluyendo: • Datos sin procesar • Archivos de resultados & adjuntos Pulsa **Gestionar almacenamiento local** para: • Ver uso detallado del almacenamiento • Elimina datos almacenados según los criterios seleccionados (por ejemplo, datos con una antigüedad superior a un período determinado)
	Almacenamiento en la nube	Muestra tu plan de almacenamiento en la nube actual y su uso. Toca **Administrar almacenamiento en la nube** para abrir la aplicación web Medit Link, donde podrás ver los detalles de tu plan de almacenamiento y administrar tu suscripción.
Mis Laboratorios		Muestra los laboratorios con los que ha interactuado (a los que ha enviado solicitudes o de los que ha recibido ofertas), junto con su estado de conexión actual. 

Pestaña	Etiqueta	Observaciones
		Estado de conexión • **Solicitud enviada** – Has enviado una solicitud de conexión al laboratorio. • **Conectado** – El laboratorio ha aceptado su solicitud y la conexión está activa. • **Solicitud recibida** – El laboratorio te ha enviado una oferta de conexión. Para responder: 1. Toca la etiqueta de estado junto al laboratorio.  2. En la ventana **Conectarse con laboratorios**, toque **Aceptar** o **Rechazar** en la esquina superior derecha.  • **Desconectado** – Ha rechazado la solicitud u oferta del laboratorio. Para elegir un laboratorio y enviar una solicitud de asociación, siga estos pasos: 1. Toque **Conectarse con laboratorios** en la esquina superior derecha de la ventana **Mis laboratorios**.  2. Seleccione un laboratorio de la lista y luego toque **Enviar solicitud**.  3. En la ventana emergente **Enviar solicitud**, toca **Enviar** para confirmar tu solicitud. 
Ajustes de la App	Versión	Muestra la versión actual de la aplicación.

Pestaña	Etiqueta	Observaciones
	Aplicaciones web	Controla qué aplicaciones web están disponibles cuando abres un caso o completas un escaneo. 
Anuncios		Muestra las actualizaciones y anuncios disponibles en la aplicación.
Obtener ayuda		Te permite enviar una solicitud de soporte directamente desde la aplicación. Para obtener recursos adicionales, también puedes visitar el Centro de ayuda de Medit.

Registrarse e iniciar/cerrar sesión

Registrarse

Para acceder a Medit Link Express, regístrate como miembro siguiendo los pasos a continuación:

1. Toca **Crear una nueva cuenta** en la página de inicio de sesión.



2. Completa el formulario de registro en el siguiente orden y toca **Enviar**. Su contraseña debe tener entre 8 y 16 caracteres e incluir al menos una letra mayúscula o minúscula de la A a la Z, un número y un carácter especial.


10:34 Tue Aug 19
100%
Create a new account
Enter the email address you will use to log in.
Email Address
Next


10:38 Tue Aug 19
100%
Set your password
Create a strong password to protect your account.
Password
Repeat Password
Back
Next


10:40 Tue Aug 19
100%
Add your clinic details
Your location helps us personalize your experience.
Clinic Name
Select the Country/Region
Back
Next


10:43 Tue Aug 19
100%
Enter your name
Please enter your full name as it will appear on your account.
Name
Back
Next



> 🔎**Nota**
>
> - Solo se pueden crear cuentas de 'Clinic - Admin'. Toca **Medit Link** para obtener más información sobre nuestros tipos de cuenta.
> - Si acepta recibir información de marketing durante el registro, recibirá información útil sobre el producto y servicio de Medit.

3. Se le enviará un correo electrónico de verificación.
4. Verifica tu dirección de correo electrónico utilizando el enlace recibido para completar el proceso de registro.

Iniciar sesión/Cerrar sesión

1. Puedes iniciar sesión con tu nueva cuenta o con una cuenta existente de Medit Link (solo 'Clinic - Admin'). Selecciona la casilla **Mantener la sesión iniciada** para guardar tus credenciales y seguir con la sesión iniciada.



2. Para cerrar sesión, toca el icono de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla principal y luego selecciona **Cerrar sesión** en el panel **Perfil de la clínica**.



Configuración del escáner

Conexión del escáner

Medit Link Express admite conexiones wireless (directas o basadas en un concentrador) y USB para escáneres compatibles.
Los tipos de conexión varían según el modelo y la plataforma:

- **Wireless**: Disponible para i900 Mobility (iPad y Mac)
- **USB**: Disponible para i900 y i900 classic (Mac)

Conexión wireless (directa)

Medit Link Express detecta y se empareja automáticamente con el Medit i900 Mobility a través de una red Wi-Fi o de un punto de acceso personal de iPad. Antes de conectar el escáner, asegúrate de que esté encendido:

1. Inserte la batería en la parte inferior de la pieza de mano y presione una vez el botón de encendido.



2. Al aplicar alimentación, se encienden los dos LED traseros: el que está cerca del logotipo 'M' de Medit parpadea en gris claro, mientras que el otro, en la parte inferior de la batería, permanece azul fijo.



🔎**Nota**

Los cuatro LED en el indicador de combustible de la batería indican el nivel de batería restante:

- 4 LED encendidos: 75 – 100%
- 3 LED encendidos: 50 – 74%
- 2 LED encendidos: 25 – 49%
- 1 LED encendido: 12 – 24%
- 1 LED parpadeante: 1 – 12%
  * El indicador parpadea cuando la carga está entre el 1% y el 12% mientras la batería está insertada en la pieza de mano. Sin embargo, cuando se revisa por separado o se coloca en el cargador, el indicador permanece fijo, con un solo LED que indica el rango de carga del 1 al 12 %.
- Ningún LED encendido: 0%

3. Desde la pantalla de inicio, toca el icono **Gestión de escáners** en la esquina superior izquierda.



🔎**Nota**

También puedes acceder al Administrador de Escáner utilizando los siguientes métodos:

• Toca **No conectado** en la esquina superior izquierda y, a continuación, toca **Conectar** en la ventana emergente.



• Toca **Configurar ahora** en la pantalla de inicio y, a continuación, toca **Configurar ahora** de nuevo en el cuadro de diálogo **Empezar**.





4. En **Gestión de escáneres**, seleccione el escáner que coincida con tu número de serie y toca **Conectar**. El número de serie se encuentra en la parte posterior, cerca

de la parte inferior de la pieza de mano.



5. Introduce la contraseña de la red Wi-Fi y, a continuación, toca **OK**.



6. El botón **Desconectar** aparece junto a tu escáner cuando está conectado.



🔎Nota

- Si el escáner ya está conectado a otro dispositivo, selecciónalo en **Escáneres cercanos** o **Mi escáner** para conectarte. Esto desconectará el escáner del otro dispositivo.
  No puedes conectar el escáner mientras este esté escaneando o actualizando el firmware en otro dispositivo.



- Si no hay Wi-Fi disponible, utiliza **Punto de acceso personal** para conectar el escáner.
    - Activa **Datos móviles** y habilita **Punto de acceso personal** en el iPad.

- Conecta el escáner a la red de punto de acceso que aparece en tu iPad.
- Desactiva **Maximizar compatibilidad** para un rendimiento óptimo.
  **Esta opción solo está disponible en iPads con conexión celular.

Conexión wireless (concentrador)

Medit Link Express puede conectarse a escáneres wireless compatibles a través de un concentrador, como alternativa a una conexión inalámbrica directa. Antes de conectar el escáner, asegúrate de que esté encendido:

🔎**Nota**

Asegúrate de que el concentrador esté conectado a tu dispositivo mediante el cable de alimentación incluido con el escáner i900 Mobility.



1. Inserte la batería en la parte inferior de la pieza de mano y presione una vez el botón de encendido.



2. Al aplicar alimentación, se encienden los dos LED traseros: el que está cerca del logotipo 'M' de Medit parpadea en gris claro, mientras que el otro, en la parte inferior de la batería, permanece azul fijo.



🔎Nota

Los cuatro LED en el indicador de combustible de la batería indican el nivel de batería restante:

- 4 LED encendidos: 75 – 100%
- 3 LED encendidos: 50 – 74%
- 2 LED encendidos: 25 – 49%
- 1 LED encendido: 12 – 24%

- 1 LED parpadeante: 1 – 12%
  * El indicador parpadea cuando la carga está entre el 1% y el 12% mientras la batería está insertada en la pieza de mano. Sin embargo, cuando se revisa por separado o se coloca en el cargador, el indicador permanece fijo, con un solo LED que indica el rango de carga del 1 al 12 %.
- Ningún LED encendido: 0%

3. Desde la pantalla de inicio, toca el icono **Gestión de escáners** en la esquina superior izquierda.



🔎**Nota**

También puedes acceder al Administrador de Escáner utilizando los siguientes métodos:

• Toca **Concentrador conectado** en la esquina superior izquierda y luego toca **Conectar** en la ventana emergente.



• Pulsa **Configurar ahora** en la pantalla de inicio y, a continuación, vuelve a pulsar **Configurar ahora** en el cuadro de diálogo **Primeros pasos**.





4. En el **Administrador de Escáner**, toca **Conectar** junto a tu escáner.



5. El botón **Desconectar** aparece junto a tu escáner cuando está conectado.



Conexión USB

Medit Link Express admite conexión USB para los dispositivos Medit i900 e i900 classic. Conecta el escáner a tu Mac mediante el cable específico mientras la aplicación esté en ejecución.
Se requiere una licencia válida para comenzar a escanear.

Calibración del escáner

> 🔎**Nota**
>
> Se recomienda calibrar el escáner periódicamente.

La calibración periódica ayuda a mantener la precisión de escaneo y un rendimiento estable del dispositivo.

Calibre el escáner en los siguientes casos:

- La calidad de los Datos de escaneo es inferior a la de escaneos anteriores
- Las condiciones externas, como la temperatura del dispositivo, han cambiado durante el uso
- Ha pasado el intervalo de calibración definido por el Usuario

La calibración es más precisa cuando la temperatura del escáner es similar durante la calibración y el escaneo.

Antes de calibrar, permita que el escáner se caliente hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento.

Cómo calibrar

1. Asegúrese de que el estado del escáner muestre **Calibración requerida** y luego tóquelo.



2. Cuando aparezca el mensaje emergente, toque **Iniciar calibración**.



3. O vaya a **Configuración** > **Información del escáner** y toque **Calibrar ahora**.



4. Prepare el calibrador y toque **Siguiente** para iniciar el proceso de calibración.



5. Gire la parte superior del calibrador hasta que la flecha y el punto se alineen y luego toque **Siguiente**.



6. Retire la tapa inferior del calibrador y la punta del escáner.
7. Antes de insertar el escáner, verifique que los símbolos alineados en el calibrador estén en línea con los botones físicos de la pieza de mano del escáner.

8. Empuje firmemente el escáner dentro del calibrador hasta que **encaje en su lugar**.



9. Cuando aparezca el botón **Siguiente** en la parte inferior derecha, significa que la conexión se ha completado. Tóquelo para continuar.



10. Gire la parte superior del calibrador a la siguiente posición, siguiendo las instrucciones en pantalla.



11. Repita el proceso anterior hasta llegar a la posición final.
12. Una vez que comience la calibración, el resultado se mostrará automáticamente.





13. Su escáner está conectado y listo para usar.



Estado del escáner

La siguiente tabla enumera los indicadores de estado del escáner en Medit Link Express. Familiarícese con los siguientes indicadores para comprender mejor el estado del escáner y las acciones requeridas.

Icono	Estado	Descripción
	Not Connected	El escáner no está conectado. Verifique la conexión Wi-Fi o Bluetooth.
	Sleep	El escáner está en modo de suspensión.

<table>
<tr><th>Icono</th><th>Estado</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>No Tip</td><td>Falta la punta del escáner o no está colocada correctamente.</td></tr>
<tr><td>Overheating</td><td>La temperatura del escáner es demasiado alta. Detenga el escaneo y permita que se enfríe.

🔎Nota

Cuando la batería se sobrecalienta, el escáner se apagará automáticamente y aparecerá el cuadro de diálogo de alerta que se muestra a continuación. Podrás reanudar el escaneo una vez que la batería se haya enfriado.
</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>Connecting</td><td>El escáner está estableciendo una conexión Wi-Fi o Bluetooth.</td></tr>
<tr><td>Scanning</td><td>El escáner está en funcionamiento.</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>Rebooting</td><td>El escáner se está reiniciando.</td></tr>
<tr><td>Need Calibration</td><td>Se requiere calibración antes de poder continuar con el escaneo.</td></tr>
<tr><td>Preheating</td><td>El escáner se está calentando.</td></tr>
<tr><td></td><td>Connected</td><td>El escáner está conectado y listo para usar.</td></tr>
</table>

Administrar la conexión del escáner

Puedes desconectar el escáner de las siguientes maneras:

- Pulsa **Desconectar** junto a tu escáner.



- Pulsa la flecha que hay junto al escáner para abrir **Detalles del escáner**, luego pulsa (⋯) y selecciona **Desconectar**.



En **Detalles del escáner**, puede ver información como el tipo de conexión, el modelo, el número de serie, la versión del firmware y el estado de la garantía.
También puedes gestionar el escáner cambiándole el nombre o eliminándolo.

Comprobación de red

Utiliza **Comprobación de red** para comprobar su conexión y encontrar acciones recomendadas cuando el escaneo sea lento o la conexión del escáner sea inestable.

1. Asegúrate de que el escáner esté conectado. Abre **Gestor de escáneres** y selecciona **Ejecutar comprobación de red**.



2. Mantén el escáner conectado hasta que se complete la comprobación.



3. Revisa los resultados y sigue las acciones recomendadas. Selecciona **Mostrar detalles** para ver los resultados de cada comprobación.



4. Selecciona **Ejecutar comprobación de nuevo** para volver a comprobar la conexión o **Obtener asistencia** para abrir una solicitud de asistencia con los resultados de la comprobación ya rellenados.



Selecciona **×** en el cuadro de diálogo de resultados para volver a **Gestor de escáneres**, donde puedes seleccionar **Ver resultados** para ver los resultados de nuevo.



🔎Nota

- La comprobación de red no está disponible con un escáner con cable o con un escáner inalámbrico conectado a través de un concentrador.

Guía rápida

Esta guía rápida ofrece una visión general de los pasos esenciales para usar Medit Link Express, desde escanear hasta realizar pedidos. Sigue los pasos a continuación para comenzar.

Express Scan: escanear primero, añadir después

Escaneo exprés elimina la carga de crear o seleccionar un caso antes de escanear. Puedes comenzar a escanear de inmediato y agregar un caso más tarde si es necesario.

Esto simplifica el proceso de consulta y permite realizar las evaluaciones iniciales con mayor eficiencia.

Para comenzar escaneando sin seleccionar o crear un caso:

1. Asegúrate de que tu escáner esté correctamente conectado y calibrado. Consulta la sección Configuración del escáner para obtener instrucciones sobre cómo conectar y calibrar tu escáner.
2. Toca **Escaneo exprés** en la pantalla principal.



3. Escaneo exprés ofrece cuatro etapas predefinidas: **Maxilar**, **Mandíbula**, **Primera oclusión** y **Segunda oclusión**.
4. Toca **Iniciar escaneo** para comenzar a escanear. Como alternativa, presiona el botón de escaneo en la pieza de mano, como se indica a continuación.





5. Empiece a escanear. Cuando aparezca “Has escaneado suficientes datos...”, puedes detenerte o continuar escaneando si es necesario. Para volver a la pantalla de **Etapas de escaneo**, toca el icono de detener (■) en la pantalla o vuelve a presionar el botón de escaneo en la pieza de mano.



6. Revisa los datos de escaneo de cada etapa para asegurarte de que los escaneos sean completos y precisos. Para las etapas de oclusión, comprueba que los escaneos superior e inferior estén correctamente alineados en las superficies de contacto de los dientes. A continuación, pulsa **Siguiente** para pasar a la siguiente etapa.
   Para pasar directamente a la siguiente etapa desde el paso 5, toca el icono de siguiente etapa (▶|). Toca **Reanudar escaneo** para agregar más datos a la etapa actual, o **Eliminar datos** para borrar el escaneo actual.





🔎Nota

- Si escaneaste el arco incorrecto durante una etapa de escaneo, puedes intercambiar los datos de escaneo tocando el icono de intercambio en la parte inferior de la pantalla.
  Aparece un mensaje de “Intercambiando datos...” mientras se realiza el intercambio. Esta función no está disponible en algunos casos, como cuando solo se dispone de datos del cuerpo escaneado.



- Puede realizar una alineación manual seleccionando entre 1 y 3 puntos correspondientes en cada conjunto de datos.
  Esta función solo está disponible cuando existen suficientes datos de escaneo y puede no estar disponible o deshabilitada dependiendo de la etapa y el estado del escaneo. Para obtener más detalles sobre las herramientas, consulta la sección **Etapas y herramientas de escaneo.**



- Para capturar imágenes intraorales con el escáner, pulsa el icono de Cámara HD en la pantalla de escaneo. Para obtener más detalles, consulta la sección **Etapas y herramientas de escaneo**.



7. Después de completar todas las etapas de escaneo, llegarás a la etapa **Revisar escaneo**. Toca los iconos en el lado derecho de la pantalla para revisar tus resultados de escaneo. Para obtener más información sobre estas herramientas, consulta la sección Etapas y herramientas de escaneo.



8. Usa el árbol de datos para mostrar u ocultar los datos de escaneo y ajustar su opacidad. También puedes añadir y previsualizar archivos adjuntos. Para guardar el caso y continuar, pulsa **Completar escaneo**.



9. Toca **Agregar paciente**.



10. Completa los detalles del paciente y toca **Registrar**.



11. Espera hasta que el procesamiento alcance el 100%.



12. Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Datos de escaneo listos**, selecciona una aplicación web para crear informes destinados a las consultas con pacientes o selecciona **Detalles del paciente** para revisar el caso guardado.



Escaneo de tratamiento

Utiliza el Escaneo de tratamiento para obtener datos de escaneo precisos para una amplia gama de aplicaciones dentales, como la fabricación de prótesis, la planificación del tratamiento y los flujos de trabajo clínicos. Estos datos pueden aplicarse tanto en entornos de laboratorio como junto a la silla del paciente para garantizar resultados confiables.

Paso 1: Conectar y calibrar el escáner

Consulta la sección Configuración del escáner para obtener instrucciones sobre cómo conectar y calibrar tu escáner.

Paso 2: Seleccionar paciente

Para comenzar a escanear:

1. Toca **Escaneo de tratamiento** en la página principal.



2. Selecciona un paciente para continuar. Para añadir un nuevo paciente, pulsa **Añadir paciente** en la esquina superior derecha de la pantalla.
   Para obtener más información sobre cómo añadir un paciente, consulta Flujo de trabajo > Gestionar pacientes.



Paso 3: Seleccionar flujo de trabajo

Selecciona un flujo de trabajo predeterminado—**Restauración**, **Escaneo de implantes** o **Escaneo de ortodoncia**—o un flujo de trabajo personalizado que hayas creado. Para crear un flujo de trabajo personalizado, pulsa **Crear nuevo**. Para obtener instrucciones, consulta **Flujos de trabajo personalizados** en la sección **Flujos de trabajo**.



Para los flujos de trabajo predeterminados, selecciona **Maxilar** o **Mandíbula** junto a **Preoperatorio** para incluir las etapas correspondientes. Estas etapas opcionales le permiten capturar la anatomía original como referencia para la alineación o la

planificación del tratamiento.



🔎Nota

1. Para agregar o eliminar una etapa desde la pantalla de **Etapas de escaneo**, toca el icono de lápiz como se muestra en la captura de pantalla de abajo.



2. Para eliminar una etapa, selecciona el icono **X** junto a ella. Para agregar una etapa, toca **Agregar etapa**. Cuando termines, toca **Guardar cambios** para aplicar tus actualizaciones.



Paso 4: Seleccionar dientes o mandíbula – Restauración y Escaneo de implantes

1. Selecciona el diente o los dientes que requieren tratamiento y luego toca **Siguiente**.



2. Si el flujo de trabajo es **Escaneo de implantes**, elige **Implante** de la lista de opciones para los dientes que requieren tratamiento de implante, y **Diente natural** para los que requieren atención general.

   Luego toca **Siguiente**.



> **🔎Nota**
>
> Para cambiar entre los sistemas US y FDI, ve a **Configuración** > **Configuración general**.

Paso 4: Seleccionar dientes o arcada – Escaneo ortodóntico

Selecciona la arcada superior, la arcada inferior o ambas arcadas que requieran tratamiento y luego toca **Siguiente**.



Usando un Express Scan existente

Si hay un caso de **Express Scan** reciente disponible para el paciente, aparecerá el cuadro de diálogo **Express Scan disponible**. Selecciona **Usar escaneo existente** para cargar los datos de escaneo o **Iniciar nuevo escaneo** para comenzar sin ellos.



🔎**Nota**

Recomendamos usar los datos importados para fines diagnósticos o como datos de la arcada antagonista.

Paso 5: Escanear y revisar

Consulta los pasos 4–8 en la sección Express Scan: escanear primero, añadir después anterior para obtener más información sobre cómo escanear y revisar los datos. Para ver las opciones disponibles una vez completado el procesamiento, consulta el paso 12 de la misma sección.

🔎**Nota**

Si un escaneo se interrumpe, la etiqueta **Escaneos incompletos** aparecerá debajo de la tarjeta **Administrar pacientes** en la pantalla de inicio (consulta la captura de pantalla de abajo). Toca esta etiqueta para abrir la ventana **Escaneos incompletos**, donde puedes descartar el borrador o reanudar el escaneo desde donde lo dejaste.



Paso 6: Pedido

Una vez que termines de revisar los datos, realiza un pedido de la siguiente manera.

1. Pulsa **Ordenar**.



2. Cuando aparezca la ventana **Opciones de procesamiento de datos**, elige mantener los datos originales sin cambios (Original) o rellenar automáticamente los huecos principales (Reparación automática).



3. Selecciona la casilla de verificación si deseas procesar los datos en la nube. Cuando hayas terminado, toca **Ir al formulario de pedido**.



4. Completa el **Formulario de pedido** ingresando la información requerida. Agrega detalles opcionales si es necesario. Cuando termines, toca **Enviar pedido** para finalizar.



Paso 7: Gestionar pedidos

Para ver los detalles del pedido y seguir su estado.

1. En la pantalla principal, toca **Gestionar pedidos**.



2. Se abrirá la pantalla **Gestionar pedidos**, donde puedes ver los detalles del pedido, filtrar pedidos por estado y buscar por información del pedido. Toca un pedido en la lista para abrir su página de resumen y ver más información.


Manage Orders
Search by patient's name, order number, or lab name.
All Orders (1)
Pending (0)
In Progress (0)
In Delivery (0)
Received (1)
Rejected (0)
Total : 2
Status
Patient Name
Order Date
Expected Arrival Date
Lab Name
Order No.
nil - orderCanceled
aaa
11/29/2024, 19:06
12/6/2024
qalab_db
17792992
Received
TestCAD1
9/16/2024, 17:48
9/23/2024
qalab_db
16822050
Order Summary
General Information
Status
Received
Lab Name
qalab_db
Patient Name
TestCAD1
Case Name
TestCAD1's Case
Order Date*
9/16/2024
Expected Arrival Date*
9/23/2024
Order No.
16822050
Selection List
No.
Type
Method
Material
Shade

Gestionar pacientes

Añadiendo un paciente

1. Desde la pantalla principal, toque **Administrar pacientes** y luego toque **Agregar paciente** en la siguiente pantalla.



2. Ingrese los detalles requeridos: nombre del paciente, fecha de nacimiento y sexo. Opcionalmente, ingrese su ID.



3. Toque **Registrar solamente** para guardar la información del paciente sin iniciar el escaneo, o **Registrar e iniciar el escaneo** para guardar y comenzar el escaneo.

Editando y eliminando de información del paciente

1. Desde la pantalla principal, toque **Administrar pacientes**.
2. Selecciona el paciente cuya información deseas editar o eliminar.



3. En la pantalla del caso del paciente, selecciona el icono de lápiz situado junto al nombre del paciente.



4. Actualice la información del paciente y toque **Guardar**.



🔎**Nota**

> Selecciona **Eliminar paciente** y, a continuación, selecciona **Eliminar** en el cuadro de diálogo de confirmación para borrar de forma permanente la información del paciente.

Gestionando casos

Mantén pulsado un caso en **Actividad del caso** para acceder a opciones como **Copiar**, **Carga de archivos sin procesar** y **Eliminar**.



> 🔎**Nota**
>
> Selecciona **Eliminar** y, a continuación, vuelve a seleccionar **Eliminar** en el cuadro de diálogo de confirmación para borrar de forma permanente el caso.



Estado del caso

Estado	Descripción	Indicador	Observaciones
Bosquejar	El caso se ha creado pero no se ha enviado		El caso se almacena localmente como un archivo temporal hasta que se cargue en la nube. Este estado aparece si la aplicación se cierra inesperadamente o se bloquea.
Requiere procesamiento	El caso se ha escaneado pero requiere posprocesamiento		El caso está guardado en la nube, pero el posprocesamiento no se ha completado.
Procesando	El posprocesamiento está en curso		–
Error de procesamiento	El caso se ha escaneado, pero el posprocesamiento falló		–
Escaneo completado	El caso se ha escaneado y se ha procesado correctamente		Este estado también incluye los casos rechazados por los laboratorios.
Solicitado	El pedido del caso se ha realizado correctamente		Para obtener detalles sobre el estado del pedido, ve a Gestionar pedidos > Seguimiento de pedidos.

Visualización y gestión de datos de casos

Selecciona un caso en **Actividad del caso** para ver sus datos de escaneo y archivos adjuntos en el árbol de datos.



Visualizando datos

Expande o contrae los grupos para explorar los datos. Usa los controles de mostrar/ocultar y los deslizadores de opacidad para ajustar la visualización de los datos 3D compatibles.







Añadiendo y visualizando archivos adjuntos

Selecciona **+** para añadir archivos al caso. En el iPad, selecciona **Archivos** o **Fotos** para elegir archivos existentes, o bien **Hacer foto o vídeo** para capturar una foto o grabar un vídeo con la cámara del iPad. En Mac, también puedes arrastrar y soltar archivos en el

árbol de datos.



> 🔎**Nota**
>
> También puedes añadir archivos en la sección **Archivos adjuntos** de los detalles del caso o del formulario de pedido.

Selecciona el icono de clip para explorar los archivos adjuntos compatibles con vista previa, incluidas las imágenes capturadas con **Cámara HD**. Selecciona una imagen, vídeo o PDF compatible para obtener una vista previa.



Sincronizando archivos

Selecciona el icono de sincronización para sincronizar los archivos pendientes.



Apertura de casos en aplicaciones web

Las aplicaciones web te permiten usar los datos de escaneo para crear informes destinados a las consultas con pacientes.

- **Medit AuraVue**: Crea informes visuales utilizando datos de escaneo 3D y radiografías para facilitar la comunicación con el paciente.
- **Medit Checkpoint**: Crea y comparte resúmenes digitales de los hallazgos dentales.

Selecciona un caso en **Actividad del caso**, pulsa **Abrir** y, a continuación, selecciona una aplicación web.



🔎Nota

- Activa las aplicaciones que quieras usar en **Configuración** > **Configuración de la aplicación**.
- Para los casos que ya se hayan pedido, duplícalos antes de iniciar una aplicación web.
- Para volver al escaneo, selecciona **Volver a escanear**.

Gestionar pedidos

Esta sección ofrece una guía paso a paso sobre cómo ver el historial de pedidos, realizar los cambios necesarios y gestionar sin problemas las tareas relacionadas con los pedidos.

Pedido de casos

Una vez que termines de revisar los datos, realiza un pedido de la siguiente manera.

1. Pulsa **Ordenar**.



Para los casos de Express Scan, el botón **Ordenar** no está disponible en esta pantalla. Toca **Completar escaneo**, luego abre el caso desde **Actividad del caso** y toca **Pedido**.



2. Cuando aparezca la ventana **Opciones de procesamiento de datos**, elige mantener los datos originales sin cambios (Original) o rellenar automáticamente los huecos principales (Reparación automática).



3. Selecciona la casilla de verificación si deseas procesar los datos en la nube.



4. Cuando termines, toca **Ir al formulario de pedido**.



5. Cuando aparezca la ventana **Formulario de pedido**, asegúrate de completar todos los campos obligatorios, incluido el nombre del laboratorio, la información del paciente y la fecha y hora de entrega preferidas.



Campos obligatorios	Nombre del laboratorio	Toca el enlace a la derecha para abrir el menú desplegable y luego selecciona el laboratorio.
	Información del paciente	Muestra el nombre y la fecha de nacimiento del paciente. Activa **Compartir con el laboratorio** para compartir esta información con el laboratorio.
	Fecha de envío	Selecciona la fecha y la hora de entrega preferidas.
Campos opcionales	Nombre del dentista	Toca el enlace a la derecha para abrir el menú desplegable y luego selecciona al dentista.
	Adjuntos	Adjunta archivos de referencia si es necesario. Para eliminar un archivo adjunto, selecciona su icono de eliminación y, a continuación, selecciona **Eliminar** en el cuadro de diálogo de confirmación.
	Notas	Agrega notas personalizadas para el laboratorio que procesará el pedido.

> 🔎**Nota**
>
> La fecha de entrega puede programarse al menos siete días calendario después de la fecha del pedido. Consulta la captura de pantalla de arriba.

Lista de selección

Antes de añadir elementos, selecciona **Dientes** o **Arco**.



Esto determina cómo se estructuran los elementos en la Lista de selección. Una vez añadidos los elementos, la selección no se puede modificar. Para cambiar, elimina todos los elementos existentes y vuelve a empezar.
La lista de selección muestra los dientes o mandíbulas seleccionados para el tratamiento, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Selection List

No.	Type	Method	Material	Shade
15	Inlay	-	Zirconia	A1
14	Inlay	-	Zirconia	A1
36	Crown	Anatomic	Gold	-
35	Crown	Anatomic	Gold	-

Para cada diente, especifica el tipo de tratamiento, el método, el material y el tono. Las opciones disponibles se muestran en la tabla a continuación.

Tipo	Método	Material
Inlay	–	Circonia multicapa, Circonia, Oro, Resina, LiSi, Cerámica vítrea, Cerámica prensada, Cerámica híbrida, Resina compuesta, e.max, Cera, Impresión 3D
Onlay	–	
Cofia	PFZ	Circonia multicapa, Circonia
	PFG	Oro
	PFM	Titanio, Metal, Cr-Co, Ni-Cr
	Cuello cerámico	Circonia multicapa, Oro, LiSi, e.max, Metal, Cera, Impresión 3D
	e.max	e.max
	LiSi	LiSi
Cofia en dientes	Cofia de prótesis parcial	Metal
	Corona telescópica primaria - PFG	Oro

Tipo	Método	Material
	Corona telescópica primaria - PFM	Metal
	Corona telescópica secundaria - PFG	Oro
	Corona telescópica secundaria - PFM	Metal
Corona	Anatómico	Circonia multicapa, PMMA, Oro, Resina, Cerámica vítrea, Cerámica prensada, Cerámica híbrida, Resina compuesta, e.max, Titanio, Metal, Acero inoxidable, Cera, Impresión 3D
	Provisional	
	PFZ	Circonia multicapa, Circonia
	PFG	Oro
	PFM	Metal
	Recubrimiento	Circonia multicapa, Circonia, LiSi, e.max, Impresión 3D
Póntico	Anatómico	Circonia multicapa, PMMA, Oro, LiSi, Cerámica vítrea, Cerámica prensada, Cerámica híbrida, Resina compuesta, e.max, Titanio, Metal, Acero inoxidable, Cera, Impresión 3D
	Provisional	–
	Reducido	Circonia multicapa, PMMA, Oro, LiSi, Cerámica vítrea, Cerámica prensada, Cerámica híbrida, Resina compuesta, e.max, Titanio, Metal, Acero inoxidable, Cera, Impresión 3D
	PFZ	Circonia multicapa, Circonia
	PFG	Oro
	PFM	Metal
Perno-muñón		Circonia multicapa, Circonia, Resina, Metal
Carilla	Carilla	Circonia multicapa, Circonia, PMMA, LiSi, Cerámica vítrea, Cerámica prensada, Cerámica híbrida, Resina compuesta, e.max, Cera, Impresión 3D
Corona de implante	Atornillado	Circonia multicapa, Circonia, PMMA, Oro, LiSi, e.max, Metal, Impresión 3D
	Cementado	
	SCRP	
	Provisional	–
	Atornillado - Recubrimiento	Circonia multicapa, Circonia, LiSi, e.max, Impresión 3D

Tipo	Método	Material
	Atornillado - PFZ	Circonia multicapa, Circonia
	Atornillado - PFG	Oro
	Atornillado - PFM	Metal
	Cementado - Recubrimiento	Circonia multicapa, Circonia, PMMA, Oro, LiSi, e.max, Metal, Impresión 3D
	Cementado - PFZ	Circonia multicapa, Circonia
	Cementado - PFG	Oro
	Cementado - PFM	Metal
	SCRP - Recubrimiento	Circonia multicapa, Circonia, LiSi, e.max, Impresión 3D
	SCRP - PFZ	Circonia multicapa, Circonia
	SCRP - PFG	Oro
	SCRP - PFM	Metal
Pilar personalizado	–	Circonia multicapa, Circonia, Titanio
Guía quirúrgica	–	–
Subestructura con desplazamiento	–	PMMA, Metal, Cera, PEEK, Impresión 3D
Pilar personalizado + Corona sobre implante	Atornillado	Circonia multicapa, Circonia, PMMA, Oro, LiSi, e.max, Titanio, Metal, Impresión 3D
	Cementado	
	SCRP	
	Provisional	–
	Atornillado - Recubrimiento	Circonia multicapa, LiSi, e.max, Titanio, Impresión 3D
	Atornillado - PFZ	Circonia multicapa, Circonia, Titanio
	Atornillado - PFG	Circonia multicapa, Circonia, Oro, Titanio
	Atornillado - PFM	Circonia multicapa, Circonia, Titanio, Metal
	Cementado - Recubrimiento	Circonia multicapa, Circonia, LiSi, e.max, Titanio, Impresión 3D

Tipo	Método	Material
	Cementado - PFZ	Circonia multicapa, Circonia, Titanio
	Cementado - PFG	Circonia multicapa, Circonia, Oro, Titanio
	Cementado - PFM	Circonia multicapa, Circonia, Titanio, Metal
	SCRP - Recubrimiento	Circonia multicapa, Circonia, LiSi, e.max, Titanio, Impresión 3D
	SCRP - PFZ	Circonia multicapa, Circonia, Titanio
	SCRP - PFG	Circonia multicapa, Circonia, Oro, Titanio
	SCRP - PFM	Circonia multicapa, Circonia, Titanio, Metal
Pilar personalizado + Cofia	PFZ	Circonia multicapa, Circonia, Titanio
	PFG	Circonia multicapa, Circonia, Oro, Titanio
	PFM	Circonia multicapa, Circonia, Titanio, Metal
	Cuello cerámico	No seleccionado, Circonia multicapa, Circonia, Oro, LiSi, e.max, Titanio, Metal, Cera, Impresión 3D
	e.max	Circonia multicapa, Circonia, e.max, Titanio
	LiSi	Circonia multicapa, Circonia, LiSi, Titanio
Encerado diagnóstico	–	Cera
Prótesis parcial	Esquelético	PMMA, Metal, Cera, PEEK, Impresión 3D
	Provisional	No seleccionado
	Rodete de cera	Cera
Perno & muñón + Corona	Anatómico	Circonia multicapa, Circonia, PMMA, Oro, Resina, LiSi, Cerámica vítrea, Cerámica prensada, Cerámica híbrida, Resina compuesta, e.max, Titanio, Metal, Acero inoxidable, Cera, Impresión 3D
	Provisional	–
	PFZ	Circonia multicapa, Circonia, Resina, Metal
	PFG	Circonia multicapa, Circonia, Resina, Metal, Oro
	PFM	Circonia multicapa, Circonia, Resina, Metal
	Recubrimiento	Circonia multicapa, Circonia, Resina, LiSi, e.max, Metal
Perno & muñón + Cofia	PFZ	Circonia multicapa, Circonia, Resina, Metal
	PFG	Circonia multicapa, Circonia, Resina, Metal, Oro
	PFM	Circonia multicapa, Circonia, Resina, Metal

Tipo	Método	Material
	Cuello cerámico	No seleccionado, Circonia multicapa, Circonia, Oro, Resina, LiSi, e.max, Metal, Cera, Impresión 3D
	e.max	Circonia multicapa, Circonia, Resina, e.max, Metal
	LiSi	Circonia multicapa, Circonia, Resina, LiSi, Metal

Para crear un puente, selecciona los dientes que deseas incluir y luego toca **Crear puente**.



Las casillas de verificación se reemplazarán por un símbolo de enlace, lo que indicará visualmente que se ha creado correctamente un puente entre los dientes seleccionados.



Toca **Seleccionar dentista** y elige un asignado de la lista desplegable.



🔎Nota

Para agregar o quitar asignados, toca el icono “+” junto a **Seleccionar dentista**.



Usa el campo **Adjuntos** para cargar archivos relacionados y el campo **Notas** para proporcionar información adicional sobre el caso.



Revisa los detalles para garantizar la precisión. Cuando estés listo, toca **Enviar pedido** en la parte inferior derecha para continuar.



> **🔎Nota**
>
> Antes de enviar el pedido, asegúrate de que todos los campos obligatorios se hayan completado y de que los datos de escaneo estén disponibles. No se pueden realizar pedidos para casos con escaneos faltantes.

Comprobación de los casos pedidos

Al tocar **Enviar pedido** se genera el resumen de tu pedido. Aquí puedes revisar nuevamente los detalles del pedido, incluidos los elementos seleccionados y los datos de escaneo. Si es necesario, puedes cancelar el pedido tocando **Cancelar pedido** y luego **Confirmar**, como se muestra abajo.



> 🔎**Nota**
>
> Antes de cancelar el pedido, asegúrate de que esté en estado **Pendiente**. Una vez que tu socio acepte el pedido y el estado cambie a **En curso**, ya no se permitirá la cancelación.

Gestión de pedidos

Para ver los detalles del pedido y seguir su estado.

1. En la pantalla principal, toca **Gestionar pedidos**.



2. Se abrirá la pantalla **Gestionar pedidos**, donde puedes ver los detalles del pedido, filtrar pedidos por estado y buscar por información del pedido. Toca un pedido en la lista para volver a la página **Resumen del pedido** y revisar toda la información del pedido.


Manage Orders
Search by patient's name, order number, or lab name.
All Orders (1)
Pending (0)
In Progress (0)
In Delivery (0)
Received (1)
Rejected (0)
Total : 2
Status
Patient Name
Order Date
Expected Arrival Date
Lab Name
Order No.
nil - orderCanceled
aaa
11/29/2024, 19:06
12/6/2024
qalab_db
17792992
Received
TestCAD1
9/16/2024, 17:48
9/23/2024
qalab_db
16822050
Order Summary
General Information
Status
Received
Lab Name
qalab_db
Patient Name
TestCAD1
Case Name
TestCAD1's Case
Order Date*
9/16/2024
Expected Arrival Date*
9/23/2024
Order No.
16822050
Selection List
No.
Type
Method
Material
Shade

Flujos de trabajo

Default Workflows

Medit Link Express proporciona tres flujos de trabajo predeterminados para guiarte a través del escaneo con una configuración mínima: **Restauración**, **Escaneo de implantes** y **Escaneo de ortodoncia**. En la siguiente tabla se muestran las configuraciones de sus etapas de escaneo.

Restauración	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Seleccionar dientes → Maxilar → Mandíbula → 1.ª oclusión → 2.ª oclusión → Revisar el escaneo	Aplicable a coronas, incrustaciones, onlays y puentes
	Pre-op Data ☑ Maxilla ☐ Mandible	Seleccionar dientes → Maxilar preoperatorio → Maxilar → Mandíbula → 1.ª oclusión → 2.ª oclusión → Revisar el escaneo	
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☑ Mandible	Seleccionar dientes → Maxilar → Mandíbula preoperatoria → Mandíbula → 1.ª oclusión → 2.ª oclusión → Revisar el escaneo	
	Pre-op Data ☑ Maxilla ☑ Mandible	Seleccionar dientes → Maxilar preoperatorio → Maxilar → Mandíbula preoperatoria → Mandíbula → 1.ª oclusión → 2.ª oclusión → Revisar el escaneo	
Escaneo de implante	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Seleccionar dientes → Maxilar → Scanbody del maxilar → Mandíbula → Scanbody mandibular → 1.ª oclusión → 2.ª oclusión → Revisar el escaneo	Para pilares personalizados y coronas atornilladas
	Pre-op Data ☑ Maxilla ☐ Mandible	Seleccionar dientes → Maxilar preoperatorio → Maxilar → Scanbody del maxilar → Mandíbula → Scanbody mandibular → 1.ª oclusión → 2.ª oclusión → Revisar el escaneo	
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☑ Mandible	Seleccionar dientes → Maxilar → Scanbody del maxilar → Mandíbula preoperatoria → Mandíbula → Scanbody mandibular → 1.ª oclusión → 2.ª oclusión → Revisar el escaneo	

	Pre-op Data ☑ Maxilla ☑ Mandible	Seleccionar dientes → Maxilar preoperatorio → Maxilar → Scanbody del maxilar → Mandíbula preoperatoria → Mandíbula → Scanbody mandibular → 1.ª oclusión → 2.ª oclusión → Revisar el escaneo	
Escaneo Ortodóntico	Pre-op Data ☐ Maxilla ☐ Mandible	Seleccionar arco → Maxilar → Mandíbula → 1.ª oclusión → 2.ª oclusión → Revisar el escaneo	Para tratamientos de ortodoncia
	Pre-op Data ☑ Maxilla ☐ Mandible	Seleccionar arco → Maxilar preoperatorio → Maxilar → Mandíbula → 1.ª oclusión → 2.ª oclusión → Revisar el escaneo	
	Pre-op Data ☐ Maxilla ☑ Mandible	Seleccionar arco → Maxilar → Mandíbula preoperatoria → Mandíbula → 1.ª oclusión → 2.ª oclusión → Revisar el escaneo	
	Pre-op Data ☑ Maxilla ☑ Mandible	Seleccionar arco → Maxilar preoperatorio → Maxilar → Mandíbula preoperatoria → Mandíbula → 1.ª oclusión → 2.ª oclusión → Revisar el escaneo	

Flujos de trabajo personalizados

Crea flujos de trabajo personalizados añadiendo, eliminando y reordenando etapas de escaneo según tus necesidades.

1. En la pantalla de selección del flujo de trabajo, selecciona **Crear nuevo**.



2. Introduce un nombre y selecciona **Restauración**, **Implante** u **Ortodoncia** como punto de partida.



3. Personaliza las etapas de escaneo:



a. Selecciona **+** en **Disponible** para añadir una etapa o **×** en **Flujo de trabajo** para eliminarla.



b. Mantén presionada una etapa en **Flujo de trabajo** y, a continuación, arrástrala para reordenarla.



c. Si es necesario, selecciona **Restablecer** para restaurar la configuración predeterminada mientras conservas el nombre y la descripción.



4. Añade una descripción si es necesario y, a continuación, selecciona **Crear**.



5. Selecciona **Siguiente** para continuar. Sigue las instrucciones a partir del **Paso 4** de **Escaneo de tratamiento** en la **Guía rápida**.



🔎Nota

- Las etapas Maxilar, Mandíbula, Primera oclusión y Segunda oclusión no se pueden eliminar.
- El punto de partida no se puede cambiar al editar un flujo de trabajo existente.
- Puedes crear hasta 10 flujos de trabajo personalizados. Se guardan localmente para cada cuenta y no se sincronizan entre dispositivos.
- Para editar o eliminar un flujo de trabajo personalizado, selecciona el icono del lápiz situado junto a él en la lista de flujos de trabajo. Para reordenar los flujos de trabajo, arrástralos utilizando los controles situados junto a sus nombres.

Etapas de escaneo y herramientas

Etapas de escaneo

Medit Link Express simplifica la captura de impresiones digitales, garantizando un escaneo dental eficiente y preciso. La plataforma admite las siguientes etapas de escaneo:

Preoperatorio para el maxilar	Para un escaneo preoperatorio del maxilar
Preoperatorio para la mandíbula	Para un escaneo preoperatorio de la mandíbula
Maxilar	Para adquirir datos de escaneo 3D del maxilar
Mandíbula	Para adquirir datos de escaneo 3D de la mandíbula
Cuerpo de escaneo maxilar	Para adquirir datos de escaneo 3D del cuerpo de escaneo del maxilar
Cuerpo de escaneo mandibular	Para adquirir datos de escaneo 3D del cuerpo de escaneo de la mandíbula
Oclusión	Para adquirir datos de escaneo 3D de la primera y/o segunda oclusión

🔎**Nota**

- El prefijo "pre-" en los nombres de las etapas no implica que estas etapas deban preceder a otras; los escaneos preoperatorios pueden realizarse posteriormente utilizando datos de escaneo del maxilar superior e inferior.
- Las etapas de oclusión y del cuerpo de escaneo pueden preceder al escaneo del objetivo. Una vez finalizado el escaneo, al seleccionar el objetivo se iniciará automáticamente la alineación en segundo plano.

Herramientas – Edición

Recortar

Las herramientas de recorte ayudan a refinar y limpiar los datos de escaneo al eliminar elementos innecesarios. Incluyen:

Brush	Pincel	Elimina los datos de escaneo a lo largo de un trazo libre dibujado en la pantalla.
Quick	Rápido	Elimina al instante las partes separadas del escaneo al tocarlas.
Polyline	Polilínea	Elimina todas las entidades dentro de una forma de polilínea dibujada en la pantalla.  Toque el icono **Deshacer** en la barra de herramientas para deshacer la eliminación.  Para deshacer su selección antes de aplicar, toque el icono **Deshacer** junto al icono ✓ (Confirmar). 

Bloquear Área

Bloquear un área específica mediante las herramientas de selección evita modificaciones posteriores a los datos de escaneo.

	Pincel	Bloquea áreas a lo largo de un trazo libre para evitar modificaciones posteriores.
	Deseleccionar	Deselecciona áreas a lo largo de un trazo libre, haciéndolas editables de nuevo.
	Deseleccionar todo	Limpia todas las áreas bloqueadas, permitiendo modificaciones posteriores.

Análisis de Áreas Socavadas

Analiza el área de socavado según la dirección de inserción.

	Pincel	Permite marcar áreas de socavado a mano alzada.
	Deseleccionar	Deselecciona las áreas de socavado marcadas a lo largo de un trazo libre.
	Deseleccionar todo	Limpia todas las áreas de socavado seleccionadas.
	Dirección Automática	Calcula y muestra la dirección en la que se minimiza el área de socavado.
	Ver Dirección	Calcula y muestra el área de socavado según la dirección de vista del usuario.

Herramientas – Alineación manual

	Alineación Manual	Alinea manualmente los datos de escaneo usando puntos coincidentes.
	Eliminar punto	Elimina el último punto coincidente que añadiste.
	Limpiar alineación	Borra la alineación actual y reinicia. (Disponible solo para datos del cuerpo de escaneo)
	Limpiar maxilar	Devuelva el maxilar a su posición previa a la alineación. (Disponible solo para datos de oclusión)
	Limpiar mandíbula	Vuelve a colocar la mandíbula en su posición previa a la alineación. (Disponible solo para datos de oclusión)

🔎Nota

La alineación manual está disponible para combinaciones de datos específicas.

- Compatible con:

- Op–Cuerpo de escaneo
- Oclusión con datos preoperatorios
- Oclusión con datos quirúrgicos

• No compatible:
- Preoperatorio con Op
- Preoperatorio con cuerpo de escaneo

Herramientas – Modos de visualización

	Brillante	Vea los datos en color con acabado brillante (representación PBR).
	Mate	Vea los datos en color con acabado mate (renderizado Phong).
	Monocromático	Ver los datos en un solo color.
	Mapa de fiabilidad	Aplica colores rojo, amarillo y verde al modelo para indicar la fiabilidad de los datos de escaneo. * Los datos en verde indican alta fiabilidad, mientras que el rojo indica baja fiabilidad. Puede hacer un escaneo adicional para reducir las áreas no fiables.
	Mate + Mapa de fiabilidad	Ayude a obtener mejores resultados al permitir hacer referencia al mapa de fiabilidad mientras también escanea y visualiza el sombreado simple.

Herramientas – Visualización en cuadrícula

	Cuadrícula encendida	Muestra la cuadrícula en el fondo.
	Cuadrícula apagada	Oculta la cuadrícula en el fondo.

	Superposición encendida	Superpone la cuadrícula sobre el modelo.

Herramientas – Revisión de escaneo inteligente

	Revisión de escaneo inteligente	Proporcione una revisión final de la precisión de los datos antes de procesar los datos de escaneo adquiridos. 
	Flechas inteligentes	Mostrar flechas inteligentes donde la adquisición de datos es insuficiente. 
	Análisis de oclusión	Analice las interferencias entre el maxilar y la mandíbula y muestre los resultados del análisis con un mapa de colores.



Herramientas – Cámara HD

Puedes capturar imágenes intraorales en 2D de alta calidad con el escáner. Las imágenes capturadas se pueden ver, renombrar o eliminar. Las imágenes se adjuntan automáticamente al caso y se incluyen en el pedido.



> **🔎Nota**
>
> La Cámara HD está disponible tanto en el Express Scan como en el Escaneo de tratamiento, excepto en la etapa Revisar escaneo.

Información del fabricante

Medit Corp.

9F, 10F, 13F, 14F, 16F, 8, Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07207, Republic of Korea

Tel: +82-02-2193-9600

Contacto para la asistencia de productos

Email: support@medit.com

Tel: +82-02-2193-9600

Powered by Document360